



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 23.06.2023 r.

AT.Z.2150.10.6.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do Zaproszenia do złożenia ofert na dostawę pozycjonerów wpłynęły zapytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Dotyczy poz. 6 OPZ – Pozycjoner głowy i szyi

„ Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów spełniających poniższe parametry:

Pozycjonery przeciwoleżynowe wykonane z medycznego siloksanowego elastomeru, antypoślizgowe, zapewniające pełną stabilizację na stole operacyjnym, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, zapewniający cyrkulację powietrza, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry – potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności), do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134 stopnie Celcjusza, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury -12 stopnie Celcjusza, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 stopni Celcjusza, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 miesiące.

Pozycjonery posiadają wymiary, które oczekuje Zamawiający: 264x220x64mm”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2: Dot. poz.8 OPZ – Pozycjoner klatki piersiowej

„Prosimy o dopuszczenie pozycjonerów spełniających poniższe parametry:

Pozycjonery przeciwoleżynowe wykonane z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, ze szwami zgrzewanymi ultradźwiękowo, wielokrotnego użytku, możliwość ochłodzenia pozycjonera do temperatury -12 stopni Celcjusza, możliwość ogrzania pozycjonera do temperatury maksimum 40 stopni Celcjusza, możliwość użycia pozycjonerów z materacami grzewczymi, oznaczenie CE, gwarancja na wady fabryczne minimum 24 miesiące.

Pozycjonery posiadają wymiary, które oczekuje Zamawiający: 330 x 230 x 50mm”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3:

„Prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert drogą elektroniczną np. na wskazany adres e-mail”

Odpowiedź:

Zgodnie z częścią III Zaproszenia pkt.7 – składanie ofert w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu

Adam Fimiarz