

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie nr 1**Ssak elektryczny – 1 sztuka**

Lp.	Nazwa parametru	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Urządzenie nowe, 2023 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Ssak medyczny do odsysania płynów wewnątrz- i pozaustrojowych	TAK	
3.	Mobilny, na kółkach jezdnych z możliwością blokady min. dwóch kółek	TAK	
4.	Pompa bezolejowa nie wymagająca konserwacji	TAK	
5.	Wydajność ssania nie mniejsza niż 38 l/min	TAK podać	
6.	Ssak wyposażony w szynę medyczną ze stali nierdzewnej do zaczepiania zbiorników przy pomocy zacisków/zaczepów	TAK	
7.	Dwa zbiorniki wielorazowego użytku (sterylizowalne) o pojemności 2 litry, na wkłady jednorazowe.	TAK	
8.	Dren silikonowy do odsysania z możliwością sterylizacji , dł. min. 1,5m	TAK	
9.	Zabezpieczenie pompy przed zalaniem	TAK opisać	
10.	Ochrona przed wydostaniem się szkodliwych oparów do otoczenia	TAK	
11.	Podciśnienie max nie mniejsze niż 90 kPa	TAK podać	
12.	Przeznaczony do pracy ciągłej	TAK	

13.	Zasilanie 220-240V/50-60Hz	TAK	
14.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania ww. przeglądu	TAK podać	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie nr 2**Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych typ 2 – 1 sztuka**

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
1.	Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 r. Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Lampa czołowa na czepcu, zasilana z akumulatora	TAK	
3.	Lampa czołowa o ultra jasnym oświetleniu współosiowym w technologii LED HQ. Diody LED o żywotności minimum 50 000 godzin	TAK podać	
4.	Oświetlenie do 90 000 luxów (w odległości 30 cm), równomiernie rozłożone na całym polu światła z temperaturą barwową 5.500 K.	TAK podać	
5.	Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja jasności świecenia.	TAK	
6.	Na wyposażeniu 2 akumulatory i ładowarka	TAK	
7.	Czas pracy lampy na akumulatorze przy maksymalnym natężeniu światła – min. 3 godziny	TAK	
8.	Indykator poziomu naładowania akumulatora	TAK	
9.	Opaska na głowę z regulacją rozmiaru	TAK	
10.	Opaska na głowę wyposażona w poduszki zapewniające komfort użytkownika	TAK	
11.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK podać	

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie nr 3**Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych typ 1 – 2 sztuki**

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANA
12.	Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych Lampa fabrycznie nowa, rok produkcji 2023 r. Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
13.	Lampa czołowa na czepcu, zasilana z akumulatora	TAK	
14.	Źródło światła umieszczone w opasce i wyposażone w regulację natężenia światła	TAK	
15.	Źródło światła wyposażone w diody LED o żywotności minimum 50 000 godzin	TAK podać	
16.	Regulacja natężenia intensywności światła minimum 15 000 lux-25000 lux w odległości 25 cm	TAK podać	
17.	Temperatura barwowa min. 6000 K	TAK podać	
18.	Waga lampy poniżej 190 g	TAK podać	
19.	Na wyposażeniu 2 akumulatory i ładowarka	TAK	
20.	Czas pracy lampy na akumulatorze przy maksymalnym natężeniu światła – min. 4 godziny	TAK	
21.	Indykator poziomu naładowania akumulatora	TAK	
22.	Opaska na głowę z regulacją rozmiaru	TAK	
23.	Opaska na głowę wyposażona w poduszki zapewniające komfort użytkownika	TAK	

24.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK podać	
-----	---	--------------	--

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji, pokazu oferowanego przedmiotu zamówienia ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.