



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17.05.2018 r

AG. Z.2150.29.3a.2018

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia na dostawę odczynników do oznaczania alkoholu etylowego we krwi , testów do oznaczania Borrelia i schorzeń autoimmunologicznych metodą Western blot wraz z dzierzawą aparatu oraz badań z zakresu alergologii z dzierzawą wytrząsarki laboratoryjnej oraz skanera wpłynęły pytania .

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

Pytanie nr 1 do zadania nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów blot do diagnostyki boreliozy o następującym składzie:

- a) W klasie IgG: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne OspC, p58, p21, p20, p19, p18) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowane testy.

- b) W klasie IgM: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmannii ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowane testy.

Pytanie nr 2 do zadania nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów, w których antygen p18 występuje na paskach tylko klasie IgG i pochodzi z B. burgdorferi sensu stricto, a białko OspC w klasie IgG z B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii oraz B. garinii zaś w klasie IgM z B. burgdorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii B. spielmannii ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowane testy.

Pytanie nr 3 do zadania nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaferowanie w pozycji 1 i 2 testów, które zawierają na pasku linię kontrolną wskazującą na poprawność inkubacji oraz linie kontrolne dla koniugatu IgG i IgM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 do zadania nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie analizatora w pełni automatycznego z możliwością wykonywania max. 44 badań jednocześnie, z funkcją kombinacji różnych parametrów podczas jednej sesji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pełni automatyczny analizator z wydajnością max 44 badań jednocześnie.



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Z poważaniem:
Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec