

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI

**IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W ZAMOŚCIU
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel. (84) 677 – 33 – 33
faks (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.

Przetargu nieograniczonego

na przeprowadzenie przeglądu okresowego aparatury medycznej w

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

- Oświadczenie wstępne wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 PZP – załącznik nr 1.
- Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 2.
- Formularz “Oferta wykonawcy” - załącznik nr 3 do SIWZ.
- Opis przedmiotu zamówienia.
- Wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamość, dnia 27 kwietnia 2018r.

I. ZAMAWIAJĄCY.

Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II

Adres: Siedziby: ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość,

Telefon: 84 677 33 33 – Kancelaria Szpitala

Faks: 84 638 66 69

Adres strony internetowej: www.szpital.zam.pl.

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie na przeprowadzenie przeglądu okresowego aparatury medycznej prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1579; zw. w dalszej części Specyfikacji jako „PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z art. 39 ustawy PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przeglądu okresowego aparatury medycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na 33 zadania asortymentowe (części). CPV: 50421000-2.

Zadanie nr 1 Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. Ohmeda

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1.	Excel 210SE	7	1997, 1998	Anestezjologia
2.	Aestiva S/5/7900	1	2001	Anestezjologia
3.	Aespire 7900 z monitorem S/5CAM	2	2009	Anestezjologia
4.	Aespire View	1	2010	Anestezjologia

Zakres przeglądu:

- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania.

Zadanie nr 2 Przegląd aparatu do znieczulania ogólnego prod. Penlon

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1.	Prima SP-2	1	2008	Oddział Kardiologii

Zakres przeglądu:

- wymiana elementów zużywalnych – zestaw serwisowy roczny
- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 3 Przegląd aparatów do znieczulania ogólnego prod. Spacelabs Healthcare

Lp.	Model	Ilość	Rok Produkcji	Użytkownik
1.	Prima SP - 2	1	2008	Oddział Kardiochirurgii

Zakres przeglądu:

- zestaw serwisowy roczny z pakietem do analizatora gazów
- wymiana enkodera w jednym aparacie
- wymiana akumulatorów
- zestaw czujnika przepływu i linia silikonowa 2 m dla jednego aparatu
- wykonanie prac konserwacyjnych i kalibracja
- sprawdzenie poprawności pracy
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 4 Przegląd aparatu do znieczulania ogólnego prod. Chirana

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1.	Venar	1	2006	Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zakres przeglądu:

- wykonanie prac konserwacyjnych
- sprawdzenie poprawności pracy zgodnie z dokumentacją sprzętu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 5 Przegląd aparatu do chłodzenia mózgu prod. Zoll

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1.	Thermogard XP	1	2013	Oddział Kardiologii

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Wymiana: filtra powietrza, chłodziwa
- Kalibracja systemu, pompy rolkowej
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 6 Przegląd analizatora immunologicznego prod. bioMerieux

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Vidas	1	1998	Centralne Laboratorium Analityczne

Zakres przeglądu

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta

- Wymiana elementów zużywalnych
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania analizatora zgodnie ze specyfikacją producenta
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 7 Przegląd wstrzykiwaczy środków kontrastowych prod. Medrad

Lp.	Model	ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Mark V Plus	1	1998	Pracownia Hemodynamiki
2	Mark V Provis	1	2004	Pracownia Hemodynamiki
3	Envision CT	1	1993	Zakład Radiologii
4	Spectris Solaris EP	1	2010	Zakład Radiologii
5	Stellant CT	1	2014	Zakład Radiologii

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta w tym wymiana zestawu konserwacyjnego dla wstrzykiwacza Mark V Provis
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania wstrzykiwaczy zgodnie ze specyfikacją producenta
- Weryfikacja kalibracji: potencjometru pozycjonowania tłoka, limitu ciśnienia, prędkości przepływu
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z wstrzykiwaczy i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 8 Przegląd wstrzykiwacza środków kontrastowych prod. Bracco Injeneering

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	CT Expres 4D	1	2013	Zakład Radiologii

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania wstrzykiwacza zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności wstrzykiwacza i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 9 Przegląd aspiratora ultradźwiękowego prod. Valleylab

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Cusa Excel	1	2006	Blok Operacyjny

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aspiratora zgodnie ze specyfikacją producenta w tym badanie stanu i pracy uchwytów roboczych
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wymiana zestawu serwisowego wody chłodzącej

- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 10 Przegląd aparatury audiologicznej prod. Interacoustics i Maico

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	AT235	1	2007	Poradnia Audiologiczna
2	Eclipse EP15	1	2007	Oddział Laryngologii
3	EroScan Screener	1	2001	Oddział Neonatologii
4	EroScan Screener	1	2001	Oddział Neonatologii
5	AD229e	1	2007	Oddział Laryngologii
6	OtoRead Clinical	1	2009	Oddział Neonatologii
7	OtoRead Clinical	1	2007	Poradnia Audiologiczna

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja aparatów
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 11 Przegląd automatycznych myjni endoskopowych prod. Olympus, Miele

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	ETD-3 (GA)	1	2012	Zakład Endoskopii
2	ETD-2 plus	1	1998	Zakład Endoskopii
3	Mini ETD-2 GA	2	2014	Zakład Endoskopii

Zakres przeglądu:

- Wymiana części zużywalnych
- Wymiana elementów wchodzących w skład rocznego zestawu przeglądowego
- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta myjni
- Sprawdzenie poprawności działania myjni zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
- Wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności myjni i dopuszczeniem do dalszego użytkowania urządzenia.
- Raport powinien zawierać wyszczególnienie wszystkich wymienionych elementów.

Zadanie nr 12 Przegląd lasera ogólnochirurgicznego prod. Trimedyn

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	1210-VHP OmniPulse MAX	1	2009	Blok Operacyjny

Zakres przeglądu:

- Wykonanie kalibracji
- Czyszczenie optyki
- Wymiana lampy błyskowej podczas pierwszego przeglądu
- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania.

Zadanie nr 13 Przegląd EEG prod. Elmiko

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	EEG DigiTrack	1	2012	Oddział Neurologiczny

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- Kontrola poprawności działania oprogramowania EEG DigiTrack
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 14 Przegląd rezonansu magnetycznego prod. Philips

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Achieva Nova Dual	1	2009	Zakład Radiologii

Zakres przeglądu:

- Ogólna kontrola systemu (temperatura, filtry, fantomy, kabina, uziemienia)
- Kontrola systemu gradientów (połączenia, chłodzenie, pompa)
- System chłodzenia ciekłym heliem (ciśnienie, system wody i oleju, absorber, sprawdzenie działania głowicy chłodzącej)
- Magnes (poziom helu, zużycie helu, połączenia)
- Stół pacjenta (funkcje, alarm, okablowanie, czyszczenie, smarowanie)
- Sprawdzenie i regulacja parametrów systemu (testy, regulacje częstotliwości i mocy)
- Konsola operatora (funkcje, kalibracja monitorów)
- System komputerowy (funkcje, czyszczenie, wentylacja)
- Oprogramowanie (czyszczenie dysków)
- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania.

Zadanie nr 15 Przegląd aparatury do krążenia pozaustrojowego prod. Sorin Group

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	SIII z Heater Cooler	2	2001	Oddział Kardiochirurgii
2	Data Master	1	2006	Oddział Kardiochirurgii

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 16 Przegląd respiratorów noworodkowych prod. Bear Medical Systems. Przegląd aparatury do wspomagania oddechu u noworodków prod. Bird

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Bear 750VS	4	1998	Oddział Neonatologii
2	Infant Flow SiPAP	1	2013	Oddział Neonatologii
3	Infant Flow SiPAP	1	2008	Oddział Neonatologii
4	Infant Flow SiPAP	1	2005	Oddział Neonatologii

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności każdego z aparatów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 17 Przegląd sprzętu okulistycznego prod. Reichert, Unicos

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Autorefraktometr URK-700	1	2014	Oddział Okulistyki
2	Autorefraktometr URK-700	1	2014	Poradnia Leczenia Jaskry
3	Tonometr XPERT Plus	1	1998	Poradnia Okulistyczna
4	Tonometr AT555	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry
5	Pachymetr IOPac	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta, w tym czyszczenie elementów optycznych
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 18 Przegląd lasera okulistycznego prod. IRIS MEDICAL

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	OcuLight SLx	1	2004	Oddział Okulistyki

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania lasera zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie mocy wyjściowej lasera
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności lasera i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 19 Przegląd sprzętu kardiologicznego (pompa odśrodkowa) prod. Medtronic

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	550 Bio-Console	1	2001	Oddział Kardiochirurgii

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 20 Przegląd mobilnego zestawu ECMO prod. Maquet

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	System Rota Flow	1	2011	Oddział Kardiochirurgii

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 21 Przegląd aparatu do rotablacji naczyń wieńcowych prod. Boston Scientific

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Rotablator Console	1	2012	Pracownia Hemodynamiki

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatu zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 22 Przegląd sprzętu okulistycznego prod. Heidelberg Engineering, Quantel Medical

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Tomograf siatkówkowy HRT 3	1	2006	Poradnia Leczenia Jaskry
2	Fotokoagulator siatkówkowy	1	2006	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej
3	Biometr Axis II	1	1998	Oddział Okulistyki
4	Usg Compact	1	1997	Oddział Okulistyki

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 23 Przegląd respiratorów transportowych prod. Philips Respironics

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Trilogy 202	6	2011	Oddział Intensywnej Terapii

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Wymiana filtrów wewnętrznych
- Testy serwisowe
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania respiratorów zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 24 Przegląd sterylizatorów parowych przelotowych prod. Belimed

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	MST-V 6-6-18	2	2011	Centralna Sterylizatornia

Zakres przeglądu:

1. Wymiana zużytych elementów w dwóch sterylizatorach parowych
 - uszczelka do drzwi d=19,8 mm – 4szt.
 - filtr sterylny – 2szt.
 - zestaw naprawczy do odwadniacza – 4szt.
 - uszczelnienie czujnika temperatury – 10szt.
 - sito 11/4” – 4szt.
 - uszczelka – 11/4” – 20 szt.
 - sito 1/2” – 6szt.
 - uszczelka 1/2” – 20szt.
2. Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta urządzeń.
3. Zainstalowanie programu implantów do jednego ze sterylizatorów
4. Sprawdzenie poprawności działania sterylizatorów zgodnie ze specyfikacją producenta
5. Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.
6. Wystawienie raportu z przeglądu z określeniem sprawności sterylizatorów i dopuszczeniem do dalszego użytkowania urządzeń.

Zadanie nr 25 Przegląd sprzętu rehabilitacyjnego (aparaty do ultradźwięków, do terapii polem magnetycznym i laseroterapii)

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Wyposażenie	Użytkownik
Aparatura ultradźwiękowa					
1	Sonopuls 590 prod. Enraf-Nonius	1	1994	3 głowice	Zakład Rehabilitacji
2	Sonopuls 591 prod. Enraf-Nonius	1	1994	3 głowice	Oddział Rehabilitacji
3	Sonopuls 591 prod. Enraf-Nonius	2	1996	3 głowice/aparat	Zakład Rehabilitacji
4	Etius U prod. Astar ABR	1	2013	1 głowica	Oddział Rehabilitacji
5	Donatello prod. LED SpA	2	2011,2013	1 głowica/aparat	Zakład Rehabilitacji
6	Sonotronic US-2 prod. Elektronika i Elektromedycyna	1	2014	1 głowica	Oddział Rehabilitacji
Aparatura do laseroterapii					
7	Polaris prod. Astar ABR	1	2007	1 sonda IR	Oddział Rehabilitacji

8	Polaris 2 prod. Astar ABR	1	2011	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Zakład Rehabilitacji
9	Terapus 2 prod. Accuro-Sumer	1	2013	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Oddział Rehabilitacji
10	Polaris 2 prod. Astar ABR	1	2014	1 sonda IR, 1 sonda R, 1 skaner IR/R	Oddział Rehabilitacji
11	Polaris 2 prod. Astar ABR	2	2014	2 sondy IR, 2 sondy R, 2 skanery IR/R	Zakład Rehabilitacji
Aparatura do terapii polem magnetycznym					
12	PA/IR prod. Elecsystem	1	1993	1 aplikator	Oddział Rehabilitacji
13	PA/IR prod. Elecsystem	1	1993	1 aplikator	Zakład Rehabilitacji
14	Magnetus 2 prod. Accuro-Sumer	1	2013	2 aplikatory	Zakład Rehabilitacji

Zakres przeglądu

- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 26 Przegląd systemu elektroanatomicznego prod. Johnson&Johnson

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Carto 3	1	2013	Pracownia Hemodynamiki

Zakres przeglądu

- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta
- wykonanie konserwacji aparatu
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 27 Przegląd systemu ESWL prod. DornierMedTech

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Dornier Compact Sigma	1	2009	Oddział Urologii

Zakres przeglądu:

- wymiana zużywalnych części głowicy: cewka, membrana, poduszka sprzęgająca
- wykonanie określonych przez producenta prac konserwacyjnych całego urządzenia
- przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania systemu zgodnie ze specyfikacją producenta
- sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- wystawienie raportu z określeniem sprawności i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 28 Przegląd stacji uzdatniania wody prod. Culligan

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	RO Culligan	1	1995	Stacja Dializ

Zakres przeglądu:

- Wymiana kompletnego złoża o poj. 170 litrów w kolumnie węglowej
- Wymiana kompletnego złoża do filtra mineralnego
- Wykonanie konserwacji i przeglądu filtra odżelaziającego
- Wykonanie konserwacji i przeglądu obu kolumn zmiękczających

- Wykonanie całościowej dezynfekcji filtracji wstępnej
- Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji i przeglądu
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności stacji uzdatniania wody i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zamawiający udostępni stację uzdatniania wody celem wykonania powyższych prac w dni, w których nie odbywają się planowane zabiegi, tj. niedziela.

Zadanie nr 29 Przegląd aparatu do pomiaru krzepliwości krwi prod. DRG International

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Hemochron Response	1	2009	Oddział Kardiochirurgii
2	Hemochron Response	1	2006	Oddział Kardiochirurgii

Zakres przeglądu:

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta.
- Wykonanie konserwacji aparatów.
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 30 Przegląd tonometru prod. Keeler

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Pulsair Desktop	1	2014	Poradnia Retinopatii Cukrzycowej

Zakres przeglądu:

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Czyszczenie elementów optycznych
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 31 Przegląd aparatów do badania gęstości zawiesiny bakteryjnej prod. bioMerieux.

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Densimat	1	1996	Centralne Laboratorium Analityczne

Zakres przeglądu

- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta w tym ewentualna kalibracja
- Wykonanie konserwacji aparatów
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 32 Przegląd pomp do kontrapulsacji wewnątrzortalnej prod. DRG International

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	Datascope System S-98XT	2	2001	Oddział Kardiochirurgii
2	Datascope System S-97E	1	2001	Oddział Kardiochirurgii

Zakres przeglądu

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania aparatów zgodnie ze specyfikacją producenta oraz ewentualna kalibracja
- Wymiana dysku bezpieczeństwa pacjenta w pompie Datascope System S-97E
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zadanie nr 33 Przegląd stymulatora wielofunkcyjnego prod. Biotronik

Lp.	Model	Ilość	Rok produkcji	Użytkownik
1	UHS 3000	1	2006	Pracownia Hemodynamiki

Zakres przeglądu

- Wykonanie prac konserwacyjnych określonych przez producenta
- Przeprowadzenie testów funkcjonalnych w celu weryfikacji działania symulatora zgodnie ze specyfikacją producenta
- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego
- Wystawienie raportu z określeniem sprawności aparatu i dopuszczeniem do dalszego użytkowania

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia w danym zadaniu zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie przeglądu poprzez pisemne zgłoszenie. Czas wykonania przeglądu przez Wykonawcę zamówienia to 21 dni roboczych licząc od złożenia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

Miejscem realizacji zamówienia są jednostki/oddziały w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II.

Okres gwarancji na wymienione elementy to minimum 6 miesięcy, w przypadku zadania nr 27 okres gwarancji na wymienione części to min. 1.000.000 impulsów.

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia – do 31 grudnia 2018r dla zadania 1-11, 13, 15-33.

Termin realizacji zamówienia - przez okres 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy dla zadania 12 i 14.

Roczne przeglądy okresowe (jeden przegląd w ciągu 2018 roku za wyjątkiem zadania nr 12 i 14 – 2 przeglądy w ciągu 2018/2019 roku) będą wykonywane zgodnie z harmonogramem przeglądów Zamawiającego. Dla Zadania nr 12 pierwszy przegląd planowany na czerwiec 2018r a dla zadania nr 14 pierwszy przegląd planowany na lipiec 2018r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy prawo zamówień publicznych.
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
 - 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

- 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
- 3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga by Wykonawca dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikację do wykonywania przeglądów, konserwacji, testów technicznych aparatury będącej przedmiotem zamówienia oraz jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne SEP do wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Powyższy warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony poprzez złożenie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i ust. 5 pkt. 1 i 4 ustawy PZP.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępniania zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego swoje zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem.
lub
2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,

zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

- którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w rozdziale V.
- którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 PZP.
- Wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 tj.
 - a). w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. Poz. 2344).
 - b). który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ust. 1 i 4 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa powyżej.

W przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczenia wstępne wykonawcy:

1). W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale V ust. 1 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, **wykonawcy muszą złożyć wraz z**

ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Informację zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

2). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3). Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 1.

4). Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

2. Oświadczenie wykonawcy składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP.

1). Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. - załącznik nr 2

3. Dokumenty dot. wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składane przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego.

1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 3.1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. Poz. 1126).

Przed udzieleniem zamówienia zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VIII DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANA DOSTAWA ODPOWIADA OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYMAGANIOM, ORAZ DOKUMENTY, INFORMACJE I OŚWIADCZENIA, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA

DOKUMENTY, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA.

1. Formularz „Oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ).
2. Oferta cenowa (formularz cenowy), sporządzona w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na str. 21.

Zamawiający informuje, że niezłożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 i 2 spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom składane na wezwanie Zamawiającego skierowane do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:

1. Opis zakresu przeprowadzanych przeglądów (wykonanych czynności) – zakres przeglądu nie

może być mniejszy niż określony w opisie przedmiotu zamówienia i powinien odnosić się do każdej wymienionej w opisie czynności.

2. Oświadczenie wykonawcy, że części zamienne odnoszące się do przedmiotu zamówienia, wymienione w opisie elementy są fabrycznie nowe i dopuszczone do użytkowania.

W przypadku dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego, określonych w pkt. 1 i 2, Zamawiający przed odrzuceniem oferty zastosuje uprzednio art. 26 ust. 3 i 4 ustawy PZP.

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej w języku polskim, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty i umowy) będą przekazywane faksem i na piśmie za pośrednictwem poczty bądź osobiście. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji. Nr faksu na który należy kierować korespondencję to (84) 638 66 69.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: mgr Grażyna Drankowska tel. 84 677 32 73 w sprawie oferowanego przedmiotu zamówienia, mgr inż. Aneta Sachajko w sprawach formalnych tel. 84 677 32 81, pok. 215 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane, trwale ze sobą połączone. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. Wymagania określone w tym punkcie nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę.
5. Oferta cenowa musi być sporządzona czcionką min. 11 pkt.
6. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce).
7. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany.
8. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w tym podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.
9. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
10. Każdy dokument, oświadczenie złożone w przedmiotowym postępowaniu musi być czytelny.
11. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie musi być parafowane przez Wykonawcę.
12. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
13. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenie, gdy złożona kopia dokumentów jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

XII. WARUNKI PRZEPROWADZANIA PRZETARGU.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak

nie później niż na 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców o:

1. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni
2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XIII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Oferty należy składać w nieprzejrzyistych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: „Przetarg nieograniczony – **przeprowadzenie przeglądu okresowego aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Zadanie nr nie otwierać przed 10 maja 2018r. godz. 13⁰⁰**”, oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.

Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (kancelaria Szpitala).

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.

Termin składania ofert upływa dnia 10 maja 2018r. o godz. 12⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu **10 maja 2018r., o godz. 13:00**, sala nr 210.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie
3. kryterium oceny ofert

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):

Rodzaj przeglądu, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka podatku VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena pozycji bez podatku VAT (wynik pomnożenia ilości przez cenę jednostkową netto), łączna cena pozycji z podatkiem VAT (łączna cena netto powiększona o VAT). Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Ceny (brutto) określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umów i nie mogą ulec podwyższeniu, za wyjątkiem okoliczności określonych we wzorze umowy.

Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. **Brak formularza cenowego skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2.**

Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć z tymi przepisami. W Takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku.

Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie :

1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki

- godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
 3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.
 4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska.
 5. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:

- 1). wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
- 2). wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa wyżej

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW.

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

a) cena – 60 %,

b) czas wykonania przeglądu – 40% - maksymalny czas wykonania przeglądu po uprzednim zgłoszeniu przez Zamawiającego to 21 dni roboczych. Za maksymalny czas wykonania przeglądu tj. 21 dni roboczych zostanie przyznanych 0 pkt. Brak informacji o czasie wykonania przeglądu Zamawiający uzna jako zaoferowanie maksymalnego terminu tj. 21 dni roboczych.

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie w danym zadaniu oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 60 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 60 pkt.

Czas wykonania przeglądu - będzie oceniany na podstawie złożonego oświadczenia (punkt 2 formularza „Oferta Wykonawcy”). Najwyżej będzie oceniona oferta, która zaoferuje najkrótszy czas wykonania przeglądu. Zamawiający wymaga by czas wykonania przeglądu wynosił max 21 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia przeprowadzenia przeglądu przez Zamawiającego.

Sposób obliczania punktów za kryterium czas wykonania przeglądu – przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek najkrótszego oferowanego czasu wykonania przeglądu do czasu podanego w ofercie badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 40

punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 40 pkt.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę o najniższej cenie, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2. unieważnieniu postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Zamawiający udostępni informację, o których mowa w rozdziale XVI pkt. 1 i 2 na swojej stronie internetowej.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zaistnieją przesłanki o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a i art. 94 ust. 3.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w umowie w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Prawo zamówień

publicznych.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określając żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1. określenia warunków udziału w postępowaniu
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
3. odrzucenia oferty odwołującego
4. opisu przedmiotu zamówienia
5. wyboru najkorzystniejszej oferty

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu faksu.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP – przy użyciu faksu, albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w

Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art.182 ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli Zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
- 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie

Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.