

**„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych  
do spektrometru MALDI BioTyper Sirius  
dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Należy zaoferować wszystkie odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do wykonania następujących oznaczeń:

L.p.	Identyfikacja	Ilość oznaczeń
1	Identyfikacja drobnoustrojów	10 000
2	Identyfikacja drobnoustrojów z pozytywnej próbki krwi	1 000

**WARUNKI GRANICZNE**

L.p.	Parametry graniczne	Parametr wymagany	Potwierdzić TAK/NIE
1	Odczynniki kompatybilne z posiadanym spektrometrem MALDI BioTyper Sirius	Tak	
2	Termin ważności odczynników: minimum 6 miesięcy (od daty dostarczenia do użytkownika)	Tak	
3	Wraz z dostawą odczynników Zamawiający wymaga zapewnienia corocznych szkoleń personelu z obsługi systemu oraz posiadanego oprogramowania Epicenter, służącego do archiwizacji i zarządzania danymi w okresie trwania umowy	Tak	
4	Wsparcie aplikacyjne min.6 osób dostępnych poprzez kontakt telefoniczny i online przez TeamViewra, oraz w razie potrzeby bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, obsługa w języku polskim (wraz z ofertą dołączyć listę osób z wykazem telefonów i maili)	Tak	
5	Osoby aplikacyjne posiadające certyfikowane szkolenie przez producenta systemu (dołączyć do oferty certyfikaty osób wskazanych przez Oferenta)	Tak	
6	Dostawca odczynników i materiałów zużywalnych zapewnia pełne wsparcie serwisowe i ponosi koszty związane z przeglądami, wymianą części, wymianą materiałów zużywalnych lub awarią systemu w celu utrzymania gwarancji	Tak	
7	W przypadkach wystąpienia awarii, potrzeby wymiany części i wykonania usługi serwisowej będących następstwem wad jakościowych dostarczonych odczynników Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, a co za tym idzie będzie ponosił wszelkie związane z tym koszty serwisowe	Tak	