

**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu**

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość dnia 12 stycznia 2018r.

AG.ZP 3320.90. .17/18

Dotyczy: zmiany treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na **dostawę gazów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu** w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2.

Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 2 to:

Tlen sprężony medyczny w ilości:

- butle 2 litrowe ciśnienie 150 bar – 400 szt.
- butle 2 litrowe z zaworem zintegrowanym ciśnienie 200 bar – 100 szt.
- butle 10 litrowe ciśnienie 150 bar – 100 szt.
- butle 40 litrowe ciśnienie 150 bar – 132 szt.

Butla z zaworem zintegrowanym musi posiadać: punkt poboru typu AGA ze zredukowanym tlenem med., przyłącze do dozowania tlenu medycznego minimum 0-15 l/ min oraz czytelny odczyt stanu napełnienia butli tlenem med. Dostawa i transport butli w ilościach : butle 10 litrowe – 100 szt, butle 2 litrowe – 500 szt, butle 40 litrowe – 132 szt.. Przyjecie w bezpłatne użyczenie: butle 10 litrowe O2 – 45 szt., butle 2 litrowe O2 – 60 szt., **butle 40 litrowe na sprężony tlen medyczny stanowią własność szpitala.** Dostawy uzależnione od bieżących potrzeb. Wykonawca do każdej dostawy musi dołączyć atest potwierdzający czystość sprężonego tlenu medycznego w napełnionych butlach. Termin ważności 3 lata. Termin dostawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMNIENIA
PIERSIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524