



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dn. 06.03.2018 r.

AG.Z.2150.45.2.2018

Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę drenów krótkich do przetaczania leków cytostatycznych z 5 odprowadzeniami wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1 :

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby dren do infuzji leków uniemożliwił kontakt toczonego leku z poliuretanem i PCV, które mogą wchodzić w reakcję z lekiem podczas infuzji

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 2 :

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bursztynowego zestawu o długości drenu około 220cm.

Odpowiedź:

Tak.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek



URS is a member of Register of Services (URS) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
PIERWSZA
PIERWSZA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524