

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 05.02.2018 r.

AG.Z.2150.31.1.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału Kardiochirurgii wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

### Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera 12 F/28,5 cm, sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego przezskórnego dostępu do jamy opłucnej metodą Seldingera, zestaw składa się z drenu do opłucnej 12 F/28,5 cm o atraumatycznej końcówce, ze znacznikiem widocznym w zdjęciu RTG z dwoma otworami bocznymi i końcowym (z wewnętrznym usztywnieniem), skalowany co 2 cm, z zastawką hemostatyczną , w zestawie igła wprowadzająca 16G/80 mm, skalowana co 2 cm, strzykawka 10 ml, skalpel, prowadnica J z aplikatorem 50 cm, kranik trójdrożny , łącznik Luer Lock męski/stożkowy, zestaw na sztywnej tace, podwójnie pakowany?

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zestaw.

### Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu nr 3 :  
Zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera , sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego przezskórnego dostępu do jamy opłucnej metodą Seldingera. Cewnik osadzony na rozszerzadle służącym do wprowadzania do opłucnej, usuwanym z cewnika po umieszczeniu zestawu w opłucnej, metodą Seldingera. Zestaw zawierający:

- skalpel
- echogeniczną igłę wprowadzającą umożliwiającą założenie drenu pod kontrolą USG
- ekstrasztywny przewodnik Amplatz o zakończeniu J
- Rozszerzadło
- Wprowadzacz do drenu
- Radiocieniujący cewnik do drenażu poprawiający wizualizację w RTG w rozmiarze do wyboru przez Zamawiającego : 12Fr długość 22 cm 3 otwory, 14Fr długość 41cm 4 otwory.

### Odpowiedź:

Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału Kardiochirurgii.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
WOPRZECZNIENIA  
KARCINIOMA  
PIERSIA



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów przewodnik hydrofilny o zakończeniu prostym i zagiętym 45 °

**Odpowiedź:**

Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału Kardiochirurgii.

**Pytanie nr 4- dotyczy zadania nr 1**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 wymaga introduktora 8F z metalowym widocznym oplotem z zastawką hemostatyczną i portem bocznym , zakończonym kranikiem trójdrożnym, przewodnik typu „J” , w zestawie igła prosta?

**Odpowiedź:**

Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału Kardiochirurgii.

**Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 wymaga introduktora 9 F z metalowym widocznym oplotem z zastawką hemostatyczną i portem bocznym , zakończonym kranikiem trójdrożnym, przewodnik typu „J” , w zestawie igła prosta?

**Odpowiedź:**

Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału Kardiochirurgii.

**Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 wyrazi zgodę na złożenie oferty na zestaw do drenażu opłucnej metodą Seldingera 14 F/23 cm, sterylny zestaw jednorazowego użytku przeznaczony do minimalnie inwazyjnego przezskórnego dostępu do jamy opłucnej metodą Seldingera ; zestaw składa się z cewnika z tworzywa sztucznego o atraumatycznej niebieskiej elastycznej końcówce, ze znacznikiem widocznym na zdjęciu RTG, cewnik zagięty aby zapobiec zasysaniu do ściany opłucnej , cewnik z dwoma zakończeniami- jedno wyposażone w zacisk , drugie w miękkim końcu do ewentualnego podłączenia drenażu , rozszerzadło służące do wprowadzania do opłucnej, usuwane po umieszczeniu zestawu w opłucnej metodą Seldingera ; w zestawie strzykawka Raulersona z tłokiem gumowym, skalpel, przewodnik stalowy z zakończeniem typu „J” z jednej strony z drugiej miękkim prostym , 2 igły punkcyjne 18Ga; 6,35 cm, oraz 16,5 cm 1 prosta stalowa kaniula z rozszerzadłem 11Ga, dł. 26,7 cm, zestaw pakowany pojedynczo , data ważności i nr serii na opakowaniu indywidualnym ?

**Odpowiedź:**

Obowiązuje opis zawarty w Zaproszeniu do złożenia ofert na dostawę sprzętu medycznego j.u dla Oddziału Kardiochirurgii.

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
(-) *lek. med. Marek Lipiec*