



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 06 listopada 2023

r

AT.R.334.63.2023

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postępowania AT.R.334.63.2023

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. „**Dostawa Detektora gamma na potrzeby Oddziału Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**”: wpłynęły 4 pytania.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia **SG-04 z sondą bezprzewodową o nr katalogowym 200103 firmy Crystal Photonics**, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, ale charakteryzującego się odmiennymi parametrami w zakresie: „

„1. urządzenia wyposażonego w duży wyświetlacz w technologii OLED dwukolorowy (niebieska czcionka wyświetlana na żółtym tle) o przekątnej 5,5 cala wyświetlający **wartość wykrytej radioaktywności netto** oraz **wartość maksymalną wykrytej radioaktywności netto**. Urządzenie automatycznie odejmuje chwilową wartość tła. Wbudowany kolimator wolframowy powoduje, że zliczenia tła są bardzo niskie (pojedyncze cps - zliczenia na sekundę)”

Odpowiedź: TAK

„2. urządzenia , które **automatycznie ustala próg dyskryminacji po wykryciu sondy**. Próg dyskryminacji jest zależny od: aktualnej wartości tła otoczenia, rodzaju detektora oraz wybranego radionuklidu. Zakres ten jest ustalony aby minimalizować wpływ tła na statystykę właściwego pomiaru netto. „

Odpowiedź: TAK

„3. Prosimy o doprecyzowanie czy wraz z ofertą należy złożyć materiały potwierdzające oferowane parametry? „

Odpowiedź: NIE

„4. Jeśli jest taki wymóg złożenia materiałów potwierdzających oferowane parametry prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia materiałów technicznych producenta w oryginale w języku angielskim. „

Odpowiedź: NIE DOTYCZY

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu