



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 01.04.2019r.

AG.Z.2150.16.3.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę opcji oprogramowania do wizualizacji stentów do angiografu Siemens wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1:

Pytanie dot. Zał. Nr 3 do SIWZ par. 1 ust. 2

Prosimy o usunięcie ust. 2 jako nieadekwatnego do przedmiotu umowy. Zwracamy uprzejmie uwagę, że przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja oprogramowania, mogąca być wyposażeniem dedykowanym określonej grupie aparatów będących wyrobami medycznymi (w tym Artis Zee Floor), i na które to producent wydaje całościowy certyfikat CE. Oprogramowanie producenta dedykowane określonemu sprzętowi nie jest odrębnie certyfikowane.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

TAK, zamawiający wyraża zgodę na usunięcie we wzorze umowy ust. 2 w paragrafie nr1.

Pytanie 2:

Pytanie dot. Zał. Nr 3 do SIWZ par. 2 ust. 1

Prosimy o dopuszczenie raportu serwisowego jako dokumentu alternatywnego do protokołu instalacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

TAK

Pytanie 3:

Pytanie dot. Zaproszenie rozdz. III

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty drogą elektroniczną tj. mailem?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie, zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty.

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek med. Andrzej Mielcarek