



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 21 czerwca 2023 r.

AT.R.334.18.2.2023

Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do postępowania AT.R.334. 18.2.2023

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. ” **Dostawa Lampy czołowej do zabiegów neurochirurgicznych** „, , wpłynęło 1 pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

„Pytanie 1. Dot. LAMPY CZOŁOWEJ.

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej JAKOŚCIOWO - prosimy o dopuszczenie **również** lampy przenośnej o ultra-lekkim czepcu z opatentowaną podporą potylicy – przeznaczoną także do wielogodzinnych procedur (w tym neuro i kardiochirurgicznych), **produkowanej w 100% w USA, u renomowanego producenta – LIDERA systemów ultra-lekkich czołowych w technologii LED w Stanach Zjednoczonych i Europie** o następujących parametrach technicznych”:

LAMPY CZOŁOWEJ LED

Lp.	Parametr
1	Specjalnie zaprojektowany lekki czeppek z opatentowanym wsparciem z tyłu czaszki - dla zwiększenia komfortu użytkownika, konstrukcja i jakość światła idealna do procedur kardiochirurgicznych i innych, wysokospecjalistycznych
2	Źródło światła LED o mocy 70.000 lux z odległości 40cm – co jest kluczowe dla oceny mocy lampy
3	BATERIE: 1) Żywotność baterii: 3 godziny przy pełnej mocy; ok 6 godzin – przy 50% 2) Pełne ładowanie baterii: 3,5 godz.
4	Barwa światła zbliżona o temperaturze 4.500 °K
5	WAGA: 1) Czepka z modułem LED: 255g 2) Waga baterii z holdterem : 340g
6	Możliwość ogniskowania pola oświetlenia w zakresie od 20mm (idealna średnica do procedur miniinwazyjnych) do 110mm z odległości 40cm

7	Dodatkowe pokrycie materiałowe - torba, zamykane, służące do bezpiecznego przechowywania czepka lampy na bloku operacyjnym
8	GWARANCJA – 1 rok na baterie/ 3 lata na czepiec ze źródłem światła LED

ODPOWIEDŹ: NIE. Zgodnie z Opiszem Przedmiotu Zamówienia.

Adam Fimiarz
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu