



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14.03.2018r.

AG.Z.2150.19.1.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę foteli ginekologicznych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Dotyczy - Zadanie nr 1 oraz 2

Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fotela ginekologicznego o następujących wymiarach: długość całkowita (bez panela stołu) 1800 (1350)mm, szerokość całkowita (bez zacisków) 900 (780)mm, szerokość siedziska 600mm, szerokość oparcia 600mm?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie.

Pytanie 2:

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fotela ginekologicznego o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu fotela wynoszącym 220kg?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Dotyczy punktu 11 oraz 10

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie równoważnego systemu innego producenta?”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie.

Pytanie 4:

„ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fotela o regulacji wysokości 47cm-100cm?”

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak, zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści odpowiedzi na wyjaśnienia dotyczące pytań nr 16, 17, 18, 19,20, 21 z dnia 09.03.2018

Zamawiający dla pytań 16,17,19,20 nie wymaga lecz dopuszcza dodatkowe rozwiązania obok wcześniej określonych parametrów technicznych.

Dla pytania 18,21 dotyczącego pkt 7 SIWZ dla fotela zabiegowego i 13 SIWZ fotela AG.Z.2150.19.1.2018



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

diagnostycznego Zamawiający wymaga elektrycznego sterownika do regulacji wysokości, nachylenia siedziska i oparcia. Nachylenie oparcia w zakresie min. 0-80 stopni. Realizacja ustawień za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę fotela lub sterownika nożnego.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

lek. med. Andrzej Mielcarek