



Zamość, 14.02.2024

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Email: aptekasw@szpital.pl

Nasz Znak: LAP.0611.4.2024

Wasz Znak: 83.BU.K.02.24.KA.R.III

Dotyczy postępowania prowadzonego przez Zamawiającego w trybie ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY do 130 000 zł pn: Dostawa mieszaniny podtlenku azotu i tlenu dla Oddziału Ginekologiczno- Położniczego.

Odpowiedzi na pytania dla firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. wyjaśniające treść ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY do 130 000 zł, albo opisu potrzeb i wymagań.

Pytanie nr 1– Podpisanie umowy

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP):

<https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

Odpowiedź:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy PZP. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

Pytanie nr 2 – Projekt umowy § 6 ust. 5

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody., **jednak maksymalnie do wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto należnego z umowy.**

Dodatkowo należy nadmienić, iż obecnie zapisy projektu umowy w przytaczanym zakresie w nawiązaniu do długości oraz przede wszystkim wartości przyszłego kontraktu, stoją w opozycji do art. 431 ustawy Pzp oraz art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 3531 KC w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i rażące uprzywilejowanie w treści projektu umowy pozycji Zamawiającego, wbrew zasadom współżycia społecznego i właściwości stosunku prawnego, w sposób stanowiący nadużycie prawa.

Centrala:

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 17
31-864 Kraków
Tel. +48 12 643 92 00
Fax +48 12 643 93 00
www.linde.pl

Adres do korespondencji:

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 145
91-204 Łódź

Krajowy Rejestr Sądowy

Numer KRS: 0000024286
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
NIP: 677-00-67-397
BDO: 000021076

Zarząd:

Oleksandra Tuzhylina – Prezes Zarządu
Kapitał zakładowy:
302.719.018,46 zł

Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr rachunku: 80 1030 1508 0000 0008 1548 8008

Krzysztof Artek



Generalnie zgodnie z art. 484 §1 Kodeksu Cywilnego, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

Tak więc podstawowym rozwiązaniem z mocy prawa w razie braku odrębnego uregulowania jest brak odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych. Skoro już zostaje takie wprowadzone, limit jest uzasadniony żeby nie doszło do potencjalnej odpowiedzialności wyższej niż wynagrodzenie umowne, a tym samym rażącej dysproporcji stron.

Odpowiedź:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy PZP. Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 3 – Projekt umowy § 6 ust. 3

Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisów odnośnie kar umownych w następującym zakresie (proponowane zapisy):

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną **w wysokości 20 % łącznej wartości brutto niezrealizowanej części umowy**

Obecne zapisy dotyczące kar umownych (cytowany § 6 ust. 3 prowadzą do ustanowienia nadmiernych i nieadekwatnych obciążeń wykonawcy, naruszających zasadę proporcjonalności, w szczególności w stosunku do specyfiki zamówienia i uwarunkowań rynkowych, oraz naruszających zasadę równego traktowania i równości stron umowy, a także mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia zamawiającego względem wykonawcy (kary umowne), co powoduje nieuprawnione uprzywilejowanie zamawiającego. Na podstawie obecnych zapisów umowy w przypadku konieczności zerwania umowy w ostatnim okresie jej trwania, wykonawcy zostaną naliczone kary od wartości całej umowy, niezależnie od tego, iż do tej pory realizował należycie i sumiennie. Takie jednostronne ustanawianie warunków Umowy nie mieści się w granicach swobody zawierania umów i nie stanowi jej realizacji oraz stanowi przejaw czynienia ze swojego prawa użytku, który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa oraz z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź:

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy PZP. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 4 i 5 (mieszanina gazowa 50 % tlen i 50% podtlenek azotu)

4. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, oferowany konkretny typ/model zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu ma być dedykowany przez producenta tylko i wyłącznie do podawania tejże mieszaniny, z wyłączeniem innych gazów sprężonych?

Odpowiedź:

Tak

5. Czy w celu zachowania wysokich norm jakości i bezpieczeństwa dla wyrobów medycznych w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa takich produktów przy jednoczesnym wsparciu innowacji, fabrycznie oryginalny zawór dozujący (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny, tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego (w zgodzie z definicją zawartą w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, w art. 2 pkt. 37 i/lub 38 – użytkownik/laik) bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.

Odpowiedź:

Tak



Pytanie nr 6 Opis przedmiotu zamówienia

Wnosimy do Zamawiającego o potwierdzenie, że wszystkie elementy zamówienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia stanowią niepodzielną całość, a oferenci muszą złożyć jedną ofertę obejmującą w/w całość zamówienia przy założeniu że Zamawiający dokona wyboru tylko jednej oferty obejmującej właśnie całość zamówienia? Tylko takie rozwiązanie pozwoli na użytkowanie asortymentu w pełni ze sobą kompatybilnego umożliwiającego bezpieczne i wygodne zastosowanie wszystkich elementów niezbędnych do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu. Przykładowo ustnik jednorazowe z filtrem zaoferowane przez jednego z potencjalnych wykonawców nie będą współpracowały z zaworami dozującymi do butli z oferty innego z wykonawców.

Odpowiedź:

Tak