

# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 23.11.2017 r.

AG.Z.2150.5.7.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę narzędzi mikrochirurgicznych wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :

**Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2,**

Poz. Nr 1 – Prosimy o wyjaśnienie czy pęseta ma być prosta czy zagięta oraz prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. 85mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź:

Pęseta ma być odgięta, dopuszczamy narzędzie o dł. 85 mm.

**Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 3,**

Poz. nr 1 – prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. całk 115 mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 6,**

Poz. nr 1 – Prosimy o dopuszczenie narzędzia o dł. całk. 115 mm, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 10,**

Poz. nr 1 – Prosimy o dopuszczenie kasetki do sterylizacji i przechowywania plastikowej z matą silikonową o wymiarach 102x190x19 mm, idealna do przechowywania i sterylizacji narzędzi witrektomijnych, funkcjonalnie identyczne.

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 2**

Czy Zamawiający dopuści pincetę tytanową, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający wymaga pincety mikrochirurgicznej typu MC-PHERSON odgiętej o długości całkowitej nie mniejszej niż 8,5 cm, i nie większej niż 12 cm, ramiona chwytne, odgięte, super delikatne gładkie od wewnętrznej strony o długości nie mniejszej niż 10 mm i nie większej niż 12 cm. Wykonana ze stali chirurgicznej.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po  
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

**Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści haczyk ze średnicą części roboczej 0,15mm, pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 5**

Czy Zamawiający dopuści mikropincetę wykonaną z tytanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający wymaga mikropincety do kapsuloreksji, odgiętej typu UTRATA długość odgiętych delikatnych ramion nie mniejsza niż 10 mm i nie większą niż 12 mm. Ramiona zakończone delikatnym chwytym zębkiem. Długość całkowita nie mniejsza niż 8,5 cm i nie większa niż 12cm. Wykonana ze stali chirurgicznej.

**Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 6**

Czy Zamawiający dopuści mikroimadło o długości całkowitej 10 cm lub 11,5 cm, końce 8 mm, wykonane z tytanu, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 3**

Czy Zamawiający dopuści haczyk do soczewki, odgięty, średnica części roboczej 0,2 mm, dł. całkowita 11,5 cm?

Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 10**

Czy Zamawiający dopuści kasetkę do sterylizacji i przechowywania narzędzi wirektomijnych z jednym slotem silikonowym o rozmiarach 60mmx194mmx25mm ?

Odpowiedź:

Nie.

**Pytanie nr 11 – dotyczy wzoru umowy §2 pkt.7 i §3 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 21 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Narzędzia proponowane produkowane są w Niemczech, minimalny okres dostawy do Polski wynosi ok. 14-18 dni od złożenia zamówienia .

Odpowiedź:

Tak.

Z-ca DYREKTORA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
(-) *lek. med. Marek Lipiec*