

Zamość dnia 15.02.2024

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Al. Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Odpowiedzi na pytania dla firmy KD Medical Polska Spółka z o.o. do postępowania: Zakup i dostawa sprzętu medycznego wykorzystywanego do produkcji wlewów leków cytostatycznych

LAP.0611.3.2024

Zadanie 1 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści krótki dren z filtrem 0,2 mikrometra, w kolorze bursztynowym zapewniającym ochronę UV, dwa zaciski na drenie (jeden przed filtrem, drugi za filtrem), zawór zwrotny na końcu drenu, zapobiegający cofaniu płynu do drenu (przepływ jednokierunkowy). Bez potwierdzenia, że linia stanowi system zamknięty w myśl definicji NIOSH. Pozostałe parametry zgodnie z Zaproszeniem.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 2 poz.1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw drenów bursztynowy, transparentny bez PCV – 3 drożny, 2 porty bezigłowe nad komora kroplową, główna igła biorcza oraz dodatkowy port bezigłowy do bolusa. Jednocześnie komora kroplowa z filtrem cząsteczkowym 15 μ , bez filtra hydrofobowego. Zawór zwrotny na końcu linii, zapobiegający cofaniu się krwi. Pozostałe parametry zgodnie z Zaproszeniem.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści długi dren z filtrem 0,2 mikrometra, dren wykonany z poliuretanu, komora kroplowa z PCV bez DEHP, przyrząd w wersji bursztynowej, dodatkowy port bezigłowy do podaży bolusa, zabezpieczony korkiem luer-lock. Zawór zwrotny na końcu drenu, zapobiegający cofaniu się krwi do drenu. Pozostałe parametry zgodnie z Zaproszeniem. Zaproszeniem

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.