

**AT.R.334.50.2023**

**Nazwa zadania: Dostawa 2szt. wodnych pomp próżniowych typ PW4.21.1.1010 w komplecie ze sprzęgłem dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II Zamościu”.**

### **OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA**

**Wodne pompy próżniowe typ PW4.21.1010 w komplecie ze sprzęgłem - 2 szt.**

**Parametry techniczne pompy typ PW 4.21.1.1010( w komplecie ze sprzęgłem)**

**Wydajność min.40m<sup>3</sup>/h**

**Wydajność max.80m<sup>3</sup>/h**

**Ciśnienie zasysania max 213/hPa**

**Prędkość obrotowa 1450 obr/min**

**Gwarancja: 24 miesiące**

**Termin realizacji: do 6 tygodni licząc od daty zawarcia umowy.**

**Sporządził:**

**Mieczysław Rocznik**

**insp.ds.gazów medycznych**