



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dn. 05.06.2018 r.

AG.Z.2150.44.6.2018

Dotyczy : odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę środków ochrony wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie 1 :

Dot. zadania 1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów o długości od 86,36 do 107,95 cm w zależności od rozmiaru

Odpowiedź:

Dopuszczamy , ale nie wymagamy.

Pytanie 2 :

Dot. zad.3

Prosimy o dopuszczenie okularów z ochroną 0,75Pb przód i 0,5 Pb boki

Odpowiedź:

Dopuszczamy.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

(-) lek. med. Andrzej Mielcarek



UKAS is a member of Register of Service Providers (UKAS) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWAŻCZENIA
PIERWSZA
PIERŚNIA



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524