



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, 2017-11-06



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIENIA
KARMIENIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

AOT.IK 2121.2.78.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na wykonanie przeglądu okresowego litotryptera Dornier Compact Sigma prod. DornierMedTech a także na dostawę i wymianę poduszki sprzęgającej w tym urządzeniu

wpłynęły następujące pytania:
Poniżej treść pytania i odpowiedź

Pytanie 1

Przeglądy techniczne to czynności o charakterze kontrolnym, stwierdzającym stan urządzenia. Informujemy, że wykonywanie przeglądów należy do kategorii czynności o charakterze czynności starannego działania, na które gwarancji nie udziela się (gdyż byłoby to niezgodne z naturą prawną tychże czynności). Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy wynikającą z przepisów KC.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisów dotyczących gwarancji na usługę.
Odpowiedź: Zamawiający w celu zabezpieczenia należytej jakości wykonania usługi wymaga aby była ona objęta min. 3 miesięcznym okresem gwarancji.

Pytanie 2

Poduszka sprzęgająca jest elementem zużywalnym aparatu ESWL. Na tego typu sprzęt udzielana jest gwarancja uruchomieniowa/rozruchowa czyli gwarancja do pierwszego uruchomienia w celu sprawdzenia poprawności działania dostarczonego elementu zużywalnego.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie zapisów dotyczących gwarancji na poszczególne podzespoły.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wymieniona poduszka sprzęgająca objęta była min. 3 miesięcznym okresem gwarancji.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jan Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec