



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 08 stycznia 2018 r.

AG.ZP 3320.75.17.00261.18

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **modernizację Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii**. Poniżej podajemy treść wniosku i wyjaśnienia:

1. Pytanie dotyczy zadania nr 3 Monitory:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że pod pojęciem parowanych monitorów rozumie dostarczenie 3 par takich samych monitorów o takich samych parametrach i jednakowo skalibrowanych tak, aby wyświetlały one obraz w standardzie DICOM o jednakowej jakości? Czy na potwierdzenie niniejszego parowania Zamawiający będzie wymagał testów specjalistycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia wymaganych w tym zakresie?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający potwierdza.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Lek. med. Andrzej Mielcarek

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERSIA