

dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane przez firmę Messer Polska Sp. z o.o. do postępowania LAP.0611.4.2024 „Dostawa mieszaniny podtlenku azotu i tlenu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego”

1. Z uwagi na treść opublikowanej odpowiedzi na pytanie nr 4 wykonawcy Linde, prosimy o udzielenie odpowiedzi czy dopuszczają Państwo również zawód dozujący, który - zgodnie z informacjami producenta - może być stosowany zarówno do podaży mieszaniny podtlenku azotu medycznego i tlenu medycznego 50%/50% oraz do podaży samego tlenu medycznego? Zgodnie z treścią OPZ oczywistym jest, że Zamawiający zamierza używać zaworów do podaży mieszaniny do znieczuleń, jednak jako wykonawca zainteresowany złożeniem oferty, chcemy mieć pewność, że zaoferujemy Państwu urządzenia spełniające Państwa wymagania i spełnimy warunki zapytania ofertowego.

Odpowiedź:

Tak

2. Z uwagi na czas trwania umowy (12 miesięcy) oraz specyfikę produktu leczniczego prosimy o zmianę wymogu w § 1, pkt. 2. dot. minimalnego terminu ważności dostarczonego produktu leczniczego np. na okres 12-24 miesięcy.

Termin 36 miesięcy to maksymalny terminu ważności produktu leczniczego od daty produkcji.

Odpowiedź:

Tak, na okres 24 miesięcy