



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 listopada 2017 r.

AG.ZP 3320.75. 12445.17

Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz i zmiana.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na modernizację Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnień:

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie dlaczego zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części, skoro nie jest to przedmiot niepodzielny, wyodrębnienie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia do osobnych części/pakietów zwiększy konkurencyjność, a tym samym obniży koszty dla Zamawiającego. Ponadto według wiedzy wykonawcy na chwilę obecną sposób opisu przedmiotu zamówienia polegający na połączeniu wszystkich opisanych elementów w jedną całość powoduje, że ofertę będzie mógł złożyć tylko jeden wykonawca, co samo w sobie narusza zasady wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyodrębnienie do osobnej części/pakietu dostawy nowej lampy rentgenowskiej rok produkcji 2017 do tomografu komputerowego Revolution GSI produkcji GE Medical Systems, a także wyodrębnienie 6(sześciu) fabrycznie nowych (rok produkcji 2017) monitorów opisowych dedykowanych do posiadanych 3 (trzech) stacji opisowych AW 4.6 pozwoliłoby usunąć istniejące na chwilę obecną nieprawidłowości w postępowaniu i umożliwiłoby różnym wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert.

Wyjaśnienie: Powodem niedokonania podziału na części są względy związane z kosztami wykonania zamówienia, czyli efekt jaki może zapewnić udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy wybranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Z posiadanych przez Zamawiającego informacji wynika, że brak podziału przedmiotu zamówienia na części przyniesie znaczący efekt finansowy, tj. koszt realizacji zamówienia będzie niższy o ok. 530.000,00 zł. netto niż w przypadku podziału zamówienia na części.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż upgrade/ modernizacja trzech stacji opisowych Advantage Workstation Volume Share AW 4.4 do najnowszej AW 4.7 z oprogramowaniem diagnostycznym obejmuje stacje opisowe przy tomografie komputerowym LightSpeed VCT 64, w związku z czym powinien polegać (oprócz modernizacji do najnowszej wersji AW 4.7) na dostarczeniu najnowszej wersji aplikacji aktualnie użytkowanych na stacjach AW 4.4 zainstalowanych przy tomografie komputerowym VCT64, wobec czego zawierać następujące aplikacje:

1. AW 01 CardIQ Xpress Reveal Smartscore 4.0 AutoBone Xpress CardEP VesselIQ Xpress;

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu –
AG.ZP 3320.75.17 – wyjaśnienia SIWZ



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMienia
PIERSIA

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

2. AW02 Colon VCAR CT Perfusion 4D Multi Organs AutoBone Zpress Lung VCAR VessellIQ Xpress;

3. AW 03 CardIQ Xpress Reveal AutoBone Xpress VessellIQ Xpress.

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający potwierdza.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, oraz wniesienia wadium. Obowiązujące terminy to:

- termin składania ofert – **05 grudnia 2017r. godz. 10:00,**
- termin wniesienia wadium – **przed 05 grudnia 2017 r godz. 10:00**
- termin otwarcia ofert – **05 grudnia 2017 r godz. 11:00.**

Wprowadza się również zmianę w treści SIWZ str. 13 dotyczącą oznakowania koperty zawierającej ofertę. Koperta powinna być oznakowana następująco „Przetarg nieograniczony – modernizacja Pracowni tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii. Zadanie nr Nie otwierać przed 05 grudnia 2017 r godz. 11:00”.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Ds. Lecznictwa
Lek. med. Marek Lipiec