



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu <sup>(A)</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z.2150.35.4. 2018

Zamość 10.04.2018 r

Dotyczy : odpowiedzi na pytania .

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje , że do zaproszenia do złożenia ofert na dostawę łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych wpłynęły pytania.

**Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi :**

**Pytanie nr: 1 do zadania nr 1 :**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 985 mm ?

Odpowiedź:

**NIE**

**Pytanie nr: 2 do zadania nr 1 :**

Czy Zamawiający zaakceptuje szczyty łóżka wykonane z tworzywa ABS posiadające zintegrowane płaskie krążki odbojowe ?

Odpowiedź:

**NIE**

**Pytanie nr: 3 do zadania nr 1 :**

Czy Zamawiający zaakceptuje regulację segmentu pleców przy pomocy mechanizmu śrubowego wspomaganego sprężyną gazową ?

Odpowiedź:

**TAK**

**Pytanie nr: 4 do zadania nr 1 :**

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej ?

Odpowiedź:

**NIE**

**Pytanie nr: 5 do zadania nr 1 :**

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza 6 tygodniowy termin realizacji zamówienia.**

**Pytanie nr: 6 do zadania nr 1 :**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem o wymiarach dostosowanych do leża łóżka ?

Odpowiedź:

**TAK , ale zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podanym w zaproszeniu do złożenia ofert.**

**Pytanie nr: 7 do zadania nr 1 :**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac wykonany z pianki o gęstości T28 ?

Odpowiedź:

**NIE**



URS is a member of Register of Standards (UKAS) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po  
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UPRAWASZCZNIANIA  
KARMIENIA  
PIERŚNIĄ



tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
000021024

PEKAO S.A. I Oddział  
w Zamościu  
61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524