

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
W ZAMOŚCIU
ul. ALEJE JANA PAWŁA II 10
22 – 400 ZAMOŚĆ
tel. (84) 677 – 33 – 33
faks (84) 638 – 66 – 69
strona internetowa: www.szpital.zam.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.
Przetargu nieograniczonego

**na dostawę sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:

1. Formularz “Oferta wykonawcy”.
2. Instrukcją dla wykonawców wraz z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wzory umów.
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. w związku z art. 44 – załącznik nr 1.
5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 2

Zamość, dnia 11 czerwca 2015 r.

OFERTA WYKONAWCY
na dostawę sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
Im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22 – 400 Zamość

Zadanie

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,

oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zaproszeniem za cenę netto (bez podatku VAT)zł.

słownie.....

..... zł.

plus kwota podatku VAT zł.

słownie.....

.....

Cena z podatkiem VAT zł.

słownie

.....zł

zgodnie z przedstawioną ofertą cenową.

1. Oświadczam/y, że oferowany termin płatności wynosi dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia.

4. Oświadczam/y, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami (jeżeli nie należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć innemu podmiotowi, podwykonawcy – w takim przypadku wykonawca jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia) i nie będziemy ich powierzać innej osobie lub jednostce ani też przelewać na nią swych praw i wierzytelności wynikających z umowy.

5. Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umów zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji oraz są dołączone następujące dokumenty:

.....
(data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

Instrukcja dla wykonawców

I.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej** Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Ofertę można składać na całość przedmiotu zamówienia lub na dane zadanie oddzielnie (oferta częściowa). Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania. CPV 33.11.17.10-1.

Zadanie 1 - Zestaw wprowadzający 4 - 7F – 400 szt.

Warunki konieczne:

- długość koszulki 11 cm
- średnice: 4, 5, 6, 7F
- w zestawie dilator, przewodnik
- koszulka z zastawką hemostatyczną i portem bocznym
- łatwość rotacji cewnikiem przez zastawkę

Warunek oceniany:

- giętkość – 1 - 3 pkt.

Wymagana próbka 6F w ilości 1 szt.

Zadanie 2 – Cewniki diagnostyczne 400 szt.

- Cewnik diagnostyczny angiograficzny JL 5 – 6 F
- Cewnik diagnostyczny angiograficzny JR 5 – 6 F
- Cewnik diagnostyczny PIG 4 F - 6 F
- Cewnik MPA 4 F - 7 F
- Inne: proszę podać jakie, zamiennie

Warunki konieczne:

- atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii;
- średnica wewnętrzna 6 F – co najmniej 0,051 cala;
- dobra pamięć kształtu
- odporność na złamania, duża siła podparcia
- jednorodne zbrojenie na całej długości cewnika

Warunek oceniany:

- dobra manewrowalność – 1-3 pkt.

Wymagana próbka cewnika diagnostycznego PIG – 5 F w ilości 1 szt.

Zadanie 3 – Zestaw wprowadzający do tętnicy promieniowej – 50 szt.

Warunki konieczne:

- długość 10 - 16 cm
- 4, 5 i 6 F – koszulka z portem bocznym i zastawką hemostatyczną;

- dilatator, igła prosta 20G lub 21G , przewód prosty 0,021”(cala) w zestawie;
- atraumatyczna, odporna na załamania i zagięcia koszulka

Warunek oceniany:

- giętkość – 1-3 pkt.

Wymagana próbka 5F w ilości 1 szt.

Zadanie 4 – Prowadniki diagnostyczne - 300 szt.

- diagnostyczny śr. 0,038 lub 0,035” długość 150±5 cm
- diagnostyczny śr. 0,038 lub 0,035” długość 260±20 cm

Warunki konieczne:

- dobra widoczność w skopii;
- stałość konstrukcji, pokrycie teflonem lub hydrofilne;
- ciągłość materiału zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu;
- sztywna część proksymalna;
- końcówka prosta i typu J

Warunek oceniany:

- odporność na odkształcenia – 1-3 pkt.

Wymagana próbka przewodnika diagnostycznego o średnicy 0,035” lub 0,038” o dł. 150 cm.

Zadanie 5 – Zestaw do ucisku tętnicy promieniowej po usunięciu zestawu wprowadzającego – 50 szt.

Warunki konieczne:

- płynnie regulowany ucisk t. promieniowej za pomocą pokrętła
- zestaw nie blokujący odpływu żylnego w trakcie ucisku tętnicy;
- część zestawu uciskająca na tętnicę wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca nakłucia tętnicy,
- sterylność zestawu
- skuteczność zamknięcia
- właściwa stabilizacja

Warunek oceniany:

- łatwość założenia – 1-3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 6 – Cewniki prowadzące 5-9F – 100 szt.

Warunki konieczne:

- śr. wewnętrzna cewnika 5F 0.058”(cala)
- śr. wewnętrzna cewnika 6F 0,071”(cala)
- śr. wewnętrzna cewnika 7F 0.081”(cala)
- śr. wewnętrzna cewnika 8F 0.090”(cala)

- śr. Wewnętrzna cewnika 9F 0,103” (cała)
- Typy cewników, średnice 5-9F:
 - Judkins lewy
 - Judkins prawy
 - Amplatz lewy
 - Amplatz prawy
 - EBU, RBU, JCL
 - 3D RIGHT
 - IMAK RDCN, RDCK
- różne inne typy cewników dostosowane do nietypowych odejść naczyń
- jednorodne zbrojenie na całej długości
- stabilność krzywizny w temp.37°C przez okres całego zabiegu
- długość cewnika 100 i 110cm
- atraumatyczna końcówka widoczna w skopii
- niezmiennie światło na całej długości

Warunek oceniany:

- odporne na złamanie i zagięcia 1-3 pkt.

Wymagana próbka cewnika Judkins prawy – 6 F

Zadanie 7 – Strzykawka wysokociśnieniowa do PTCA z manometrem i kranikiem trójdrożnym – 300 szt.

Warunki konieczne:

- skala do 30 ATM
- rotowana męska końcówka
- możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji możliwość obsługi przez operator jedną ręką
- szczelność strzykawki i obrotowej końcówki

Warunek oceniany:

- funkcjonalność (niezawodność mechanizmu blokady, łatwość obsługi) 1-3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 8 – Y-conector pojedynczy z linią ciśnieniową – 50 szt.

Warunki konieczne:

- wykonany z przezroczystego materiału
- rotowana końcówka męska
- ergonomiczny kształt myshell lite umożliwiający obsługę jedną ręką,
- zastawka bez elementów obrotowych
- łatwość wprowadzenia przewodnika

Warunek oceniany:

- odporność na wielokrotne wprowadzanie cewników 1-3pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 9 – Zestawy do zamykania tętnicy w miejscu wkłucia 6 – 8 F – 50 szt.

Warunki konieczne:

- zakres średnic 6-8 F
- wszystkie elementy bioabsorbowalne

Warunek oceniany:

- łatwość użycia (niewielka liczba manewrów koniecznych do wprowadzenia i niewielkie ryzyko popełnienia błędu) – 1-3 pkt.

Wymagana próbka do wyboru przez wykonawcę w ilości 1 szt.

Zadanie 10 – Cewnik do trombectomii wewnątrznaczyniowej - 40 szt.

Warunek konieczny:

- średnica zewnętrzna cewnika kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 6-7 F

Warunek oceniany:

- odporność na zagięcie/ załamanie - 1-3pkt

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 11 - Igły angiograficzne metalowe – 50 szt.

Warunki konieczne:

- Igła prosta bez mandrynu, 18G, długość 70mm
- otwór kompatybilny do przewodników 0.035 i 0.038 cala.

Warunek oceniany:

- wygodny i poręczny uchwyt – 1-3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 12 - Kraniki wysokociśnieniowe – 50 szt.

Warunki konieczne:

- jednodrożne i dwudrożne,
- rotowalna końcówka
- dobrze dopasowane do końcówek cewników i łączników,
- odporne na duże przepływy kontrastu,

Warunek oceniany:

- łatwe i poręczne do zamykania i otwierania – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 13 - Torquer – 20 szt.

Warunki konieczne:

- zakręcany mechanizm montażu na przewodniku
- światło akceptujące przewodniki w zakresie średnic od 0,014” do 0,038”
- wykonany z przezroczystego materiału

Warunek oceniany:

- łatwość obsługi – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 14 - Prowadnik hydrofilny typu Raoadrunner 80-180cm -20 szt.

Warunki konieczne:

- przewodnik nitynolowy pokryty poliuretanowa osłonka i hydrofilna powłoka,
- dystalna część rdzenia taperowana zawierająca platynowa spirale zwiększająca widoczność w skopii;
- końcówka prosta i angled;
- dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację;
- długość 80, 145, 180cm;
- śr. 0,018", 0,025", 0,035", 0,038"

Warunek oceniany:

- możliwość kształtowania końcówki prostej – 1-3 pkt.

W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę dla zadania nr 14 i 15 to może przedstawić jedną wspólną próbkę przewodnika o dł. 80 cm i śr. 0,035” lub o dł. 260 cm i śr. 0,035”. Jeżeli złoży ofertę tylko dla zadania 14 to wymagana jest próbka o dł. 80 cm i śr. 0,035”, a jeżeli złoży ofertę tylko dla zadania nr 15 to wymagana jest próbka o dł. 260 cm i śr. 0,035”.

Zadanie 15 - Prowadnik hydrofilny typu Raoadrunner 260-320cm - 10 szt

Warunki konieczne:

- przewodnik nitynolowy pokryty poliuretanowa osłonka i hydrofilna powłoka,
- dystalna część rdzenia taperowana z platynowym spiralnym oplotem zwiększającym widoczność w skopii;
- końcówka prosta i angled;
- dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację;
- dostępna wersja Roadrunera o długościach 260cm i 320cm
- śr. 0,018", 0,025", 0,035", 0,038"

Warunek oceniany:

- możliwość kształtowania końcówki prostej – 1 - 3 pkt.

W przypadku gdy wykonawca złoży ofertę dla zadania nr 14 i 15 to może przedstawić jedną wspólną próbkę przewodnika o dł. 80 cm i śr. 0,035” lub o dł. 260 cm i śr. 0,035”. Jeżeli złoży

ofertę tylko dla zadania 14 to wymagana jest próbka o dł. 80 cm i śr. 0,035", a jeżeli złoży ofertę tylko dla zadania nr 15 to wymagana jest próbka o dł. 260 cm i śr. 0,035".

Zadanie 16 - Prowadniki typu Amplatz i Lunderquist – 40 szt.

Warunki konieczne:

Prowadnik ultra sztywny typu AMPLATZ:

rdzeń stalowy w części dystalnej taperowany, opłot stalowy pokryty teflonem, tip przewodnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 145, 180, 260, 300 cm. Giętka końcówka o długości 3 cm i 7 cm. Kończówka przewodnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3 mm. Dostępne wersje ekstra sztywna i ultra sztywna. Dostępna wersja przewodnika ekstra sztywnego typu LUNDERQUIST: rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej w części dystalnej taperowany, z miękkim stalowym opłotem w części dystalnej, której można nadać różny kształt. Prowadnik na całej długości pokryty PTFE. Giętka końcówka o długości 4cm, 7cm. Prowadnik pokryty teflonem. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 145, 180 cm i 260, 300 cm. Kończówka przewodnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3mm, Double Curved, Extended Curve.

Warunek oceniany:

- łatwość kształtowania końcówki – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka do wyboru przez wykonawcę w ilości 1 szt.

Zadanie 17 - Długie zbrojone koszulki wprowadzające z bocznym ramieniem (y-conector) – 40 szt.

Warunki konieczne:

Kompatybilne z przewodnikami 0,018", 0,035"; 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Kończówka atraumatyczna ,niezbrojona redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana uszczelka zastawkowa. Dostępne końcówki: proste, ANL0, SHTL, ANL1; Średnica koszulek: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12F. Długość koszulki: 45, 55, 80, 90, 110cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,059" w 4F do 0,162" w 12F. Dostępne koszulki w rozmiarze 4-12F w wersji z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; Krzywizny ANL. dostarczane z podwójnym dylatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Koszula shtl-flex z trzystopniową sztywnością w części dystalnej.

Warunek oceniany:

- wytrzymałość na skręcenia lub zgniatania – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka w ilości 1 szt.

Zadanie 18 - Cewniki angiograficzne hydrofilne - 40 szt.

Warunki konieczne:

Szeroka gama krzywizn (w tym:Robberts, ANG-SHTL; DAV, KMP, SIM, MPA, Vertebral, Straight); pokrycie hydrofilne na dystalnym odcinku 60cm. Dostępne rozmiary: 4F, 4.5F, 5F, 5.5F,

6.5F -z dużym światłem wewnętrznym 0,042" gwarantujące wysoki przepływ; elastyczne przejście pomiędzy hubem a szafem cewnika. Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko złamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki; Szaft zbrojony podwójnym cienkim oplotem stalowym od hub do tip. Miękka atraumatyczna końcówka cewnika typu Beacon-Tip dobrze widoczna w obrazie rtg, wyprofilowana tak aby umożliwić wybiórcze cewnikowanie tętnic. Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. Kompatybilne z przewodnikiem 0,038"; 0,035". 6-długości cewników 40cm, 65cm, 80cm, 90cm, 100cm, 125cm; zakres średnic: 4; 5F. Dostępne cewniki dł 150cm - 4F i 4,5F prosty i angled; dł 75 i 135cm -4F ANG-SHTL (ze śr.wewn 4,5 i 5 ,5F).

Warunek oceniany:

- odporność na złamania i zagięcia – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka dowolna o dł. 125 cm w ilości 1 szt.

Zadanie 19 - Cewnik do trombolizy – 20 szt.

Warunki konieczne:

- cewnik dostosowany do infuzji leku w naczyniu z obecną skrzepliną
- obecne otwory boczne w część dystalnej cewnika
- kompatybilny z przewodnikiem 0,035"
- dostępne długości systemów: 55cm (+/- 10 cm) i 135 cm (+/-10cm)
- dostępne średnice systemów 5F

Warunek oceniany:

- odporność na złamania i zagięcia – 1 – 3 pkt.

Wymagana próbka cewnika dowolna w ilości 1 szt.

Zadanie 20 - Zestaw do mikroembolizacji – 20 szt.

Warunki konieczne:

Struktura trójwarstwowa shaftu:

- warstwa wewnętrzna z PTFE
- warstwa środkowa: cieniująca spirala wzmocniona wolframem
- warstwa zewnętrzna: poliestrowy elastomer i pigment z hydrofilnym powleczeniem polimerowym Mcoat

Cewnik 2,4 F , 2,7 F , 2,8 F o długości 110/ 130/ 150 cm

Możliwość kształtowania końcówki (cewnik dostarczany z mandrynem)

Średnice przewodnika dla wersji koaksjalnych 0.021" (0.53 mm)

Długości przewodnika dla wersji koaksjalnych 120 cm / 140 cm

Złoty 3 cm znacznik cz. dystalnej przewodnika dla wersji koaksjalnych

Warunek oceniany:

- odporność na złamania i zagięcia – 1-3 pkt.

Wymagana próbka do wyboru przez wykonawcę w ilości 1 szt.

Zadanie 21 - Filtr przeciwzatorowy – neuprotekcja dystalna - 30 szt.

Warunki konieczne:

- filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego oraz pokrycia z PTFE
- koszyczek filtru z markerami
- miękka atraumatyczna końcówka
- łatwo pokonujący ciasne zwężenia i zagięcia - dobra manewrowalność
- system umożliwiający zastosowanie niezależnego przewodnika 0,014” lub 0,018”, według uznania operatora.
- system dostawy: “rapid exchange” lub “over the wire” do wyboru, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F
- co najmniej 4 rozmiary koszyka filtra od 3 do 7mm
- filtr posiadający certyfikat CE do stosowaniu w tętnicach szyjnych

Warunek oceniany:

- dobra manewrowalność - 1-3 pkt.

Wymagana próbka do wyboru przez wykonawcę w ilości 1 szt.

Zadanie 22 - Stent dedykowany do tętnic szyjnych - 30 szt.

Warunki konieczne:

- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu,
- długość systemu wprowadzającego 135 cm, +/- 10cm
- średnica systemu wprowadzającego do 8F,
- system RX,
- średnica kanału wewnętrznego 0,014”,
- średnica stentu: 6-8mm lub 6-9mm oraz 7-10mm,
- długość stentu: 30 mm, 40 mm,
- małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie,
- duża siła radialna stentu

Warunek oceniany:

- Giętkość – 1-3 pkt.

Wymagana próbka do wyboru przez wykonawcę w ilości 1 szt.

Zadanie 23 – Cewniki balonowe do pre- i postdylatacji 60 szt.

Warunki konieczne:

- system RX
- akceptujące przewodnik 0,014”
- długość systemu 135 cm +/- 10mm
- długość 14 lub 15, 20, 30, 40 mm
- średnica. 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0

Warunek oceniany:

- łatwość wprowadzania – 1-3 pkt.

Wymagana próbka do wyboru przez wykonawcę w ilości 1 szt.

Zadanie 24 - Zestaw do usuwania ciał obcych 5 szt.

Warunki konieczne:

Pętla jednooczkowa, dwupłaszczyznowa posiadająca również możliwość chwytania bocznego. Cieniodajna pętla wykonana z drutu owiniętego platyną z nitynowym rdzeniem. Możliwość obracania pętli o 360 stopni. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Średnice pętli 5, 10, 15, 20, 30mm. W skład zestawu powinna wchodzić: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli oraz torquer

Warunek oceniany:

- zakres dostępnych średnic pętli (należy podać ilość oferowanych średnic – 5 wymaganych) – max 5 pkt.

Próbka nie wymagana

Zadanie 25 – Stent wewnątrznaczyniowy uwalniający lek – 50 szt.

Warunki konieczne:

- stent wewnątrznaczyniowy stalowy pokryty lekiem na biodegradowalnym polimerze
- substancja czynna biolimus
- długości w zakresie 8-36mm dla średnic 2,5-3,5mm, oraz 8-28mm dla średnic 2,25 i 4,0mm
- ciśnienie nominalne 6 atm
- wysoka siła radialna - co najmniej 0.67 bar
- stent zamontowany na balonie semi-compliant.
- niski profil wejścia - najwyżej 0.016“
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic

Warunek oceniany:

- profil wejścia (należy podać w calach) - max ocena za najniższy profil max. 5 pkt.

Wymagana próbka do wyboru przez wykonawcę w ilości 1 szt.

Zadanie 26 – Przedłużacze wysokociśnieniowe – 300 szt.

Przedłużacze wysokociśnieniowe 1200 psi do strzykawki wysokociśnieniowej o długości 150 cm – 200 cm z końcówką Luer Lock męską

Warunki oceniane:

- długość 150 cm – 159 cm – 1 pkt.
- długość 160 cm – 169 cm – 2 pkt.
- długość 170 cm – 179 cm – 3 pkt.
- długość 180 cm – 189 cm – 4 pkt.
- długość 190 cm – 200 cm i powyżej – 5 pkt.

Wymagana próbka przedłużacza najdłuższego - spośród posiadanych w ofercie handlowej przez danego wykonawcę w ilości 1 szt.

Zadanie 27 - Zestaw do angiografii promieniowo – udowej – 100 sztuk

Zestaw do angiografii promieniowo – udowej: serweta papierowa do owinięcia zestawu – 1 szt., strzykawką 5 ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowej tłokiem – 1 szt., strzykawką 10 ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem – 2 szt., strzykawką 20 ml Luer-lock trzyczęściowa z gumowym tłokiem – 2 szt., igła iniekcyjna 1,2 x 40 – 1 szt., igła iniekcyjna 0,7 x 30 – 1 szt., miska plastik 250 ml – 1 szt., miska plastik 500 ml – 1 szt., osłona przylepna na monitor – 2 szt., serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200 cm, 1 szt., torba ze ściągaczem do rtg średnica 91 cm – 1 szt., torba ze ściągaczem do rtg średnica 116 cm – 1 szt., serweta do angiografii wykonana z trójwarstwowej włókniny typu SMS o gramaturze min 40 g /m², w strefie krytycznej wyposażone w dodatkową warstwę chłonną w rozmiarze 140 x 150 cm o gramaturze min 85 g/ m² z 2 otworami owalnymi 12 x 7,6 cm oraz 2 otworami okrągłymi o średnicy 12,7 cm – 1 szt. Po obu stronach serweta zintegrowana z przezroczystą osłoną na pulpit sterowniczy. Całkowity rozmiar serwety wraz z osłonami na pulpit 240 x 380 cm fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm. L – 1 szt., fartuch ze wstawkami nieprzemakalnymi rozm. XL – 1 szt., plastikowe klemy zaciskające do łapania obłożeń – 2 szt., pean plastikowy – 2 szt., ostrze z trzonkiem nr 3 – 1 szt.

Warunki oceniane:

- zestaw pakowany w serwetę – 5 pkt.
- inny sposób pakowania – 1 pkt.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego zestawu do angiografii promieniowo – udowej. Zestaw będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie 28 - Zestaw jałowy do zabiegów ANGIO – 500 sztuk.

Skład zestawu:

- Dwa fartuchy w rozmiarach XL dodatkowo wzmocnione, z warstwą absorpcyjną.
- Prześcieradło do okrycia pacjenta wykonane z para przepuszczalnego nieprzemakalnego materiału wytrzymałego na rozrywanie w stanie mokrym i suchym o wymiarze pasującym do wielkości stołu 3,5 metra z dwoma otworami w pachwinach otoczonymi taśmą lepłą o średnicy 10-12 cm i przezroczystą folią wzdłuż długiego brzegu prześcieradła po prawej stronie pacjenta pozwalającą na widoczność panela sterowniczego.
- Zestaw owinięty serwetą na stół instrumentalny: serweta o wymiarze nie mniejszym niż 100 x 90 cm.
- Przezroczysta osłona foliowa pasująca na wzmocniacz Kaniuga o wymiarach 85 x 90 cm z elastyczną krawędzią - 1 szt.
- Osłona foliowa pasująca na szybę ołowiową 90/100 cm – otwór na długim boku – 1 szt.
- Rampa wysokociśnieniowa dwudrożna, dostępna w wersji OFF, wykonana z przezroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów (180°) z łącznikiem luer-lock – 1 szt.
- Skalpel nr 11 – 1 szt.
- Igła 18G kompatybilna z przewodnikiem diagnostycznym 0.035 - 0.038 cala – 1 szt.
- Miseczki 2 szt.: 0.7-1 litra i 0.45 – 0.5 litra.
- Gaziki bawełniane ośmiowarstwowe 7.5 x 7.5 cm - 20 szt.
- Strzykawką do podawania kontrastu 3-częściowa z gumowym tłokiem, podwójnym uszczelnieniem i końcówką luer-lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, przezroczysty cylinder 10 ml – 1 szt.
- Strzykawką 20 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra – 1 szt.
- Strzykawką 10 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra - 2 szt.

- Strzykawka 2 ml z czytelną niezmywalną skalą o wysokiej przezroczystości cylindra – 1 szt.
- Igła 0.6 mm – 1 szt.
- Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych, dł. 150 cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer-lock – 1 szt.
- Linia (przedłużacz) wysokociśnieniowy przystosowany do pomiaru ciśnienia 150 cm, przezroczysty – 1 szt.
- Wszystkie elementy pasujące wielkością do stołu, lampy i osłon;
- Prześcieradło o dużej wodoodporności w okolicy zabiegowej wyposażone w warstwę absorpcyjną;
- Miseczki ze sztywnego tworzywa: nie podatnego na odkształcenie pod wpływem ciężaru wypełniającego płynu.
- Zestaw po rozpakowaniu i otworzeniu gotowy do użycia.

Warunki oceniane:

Wielkość serwety w którą ma być zapakowany zestaw: (serweta o wymiarach wymaganych przez zamawiającego 100 cm x 90 cm)

- 100 cm x 90 cm – 0 pkt.
- 100 cm x 100 cm – 1 pkt.
- 110 cm x 110 cm – 2 pkt.
- 120 cm x 120 cm – 3 pkt.
- 130 cm x 130 cm – 4 pkt.
- powyżej 130 cm x 130 cm – 5 pkt.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą jednego zestawu jałowego do zabiegów ANGIO. Zestaw będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że oferta, która nie będzie odpowiadała opisowi przedmiotu zamówienia w danym zadaniu, zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Próbki stanowią integralną część oferty i nie będą podlegały zwrotom. Brak wymaganych próbek spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Próbki zostaną wykorzystane w praktyce (w trakcie badań i zabiegów) do oceny jakości (zadanie 1 – 26 za wyjątkiem zadania 24, w zadaniu tym nie są wymagane próbki).

Próbki stanowiące przedmiot zamówienia w zadaniu nr 27 oraz 28 są elementem opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu dostarczonych próbek. Wykaz powinien zawierać: nazwę, numer zadania, nazwę własną próbki stosowaną przez producenta, numer katalogowy, określenie producenta, ilość. Przedmiotowe próbki należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie wyznaczonym do składania ofert tj. do dnia **25 czerwca 2015 r. godz. 12:00.**

Ocena techniczna - jakość składa się z określenia warunków technicznych wymaganych i warunków technicznych ocenianych. Warunki techniczne mogą być mierzalne lub niemierzalne.

Ocena techniczna – jakość:

Przy ocenie warunków technicznych mierzalnych:

- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najniższej wartości punkty będą obliczane zgodnie z wzorem: parametr o najniższej oferowanej wartości w ramach danego zadania do wartości parametru oferowanego w ofercie badanej, wyliczona wartość zostanie pomnożona przez maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać za dany parametr tj. 5 pkt.
- dla zadań, w których najkorzystniejszy będzie parametr o najwyższej wartości punkty będą obliczane zgodnie z wzorem: wartość parametru oferowanego w ofercie badanej do najwyższej oferowanej wartości w ramach danego zadania, wyliczona wartość zostanie pomnożona przez maksymalną liczbę punktów jaką można uzyskać za dany parametr tj. 5 pkt.

Przy ocenie warunków technicznych niemierzalnych (np. łatwość użycia) ocena będzie trzystopniowa: 3 pkt. – bardzo dobry. 2 pkt. – dobry i 1 pkt. – dostateczny.

W przypadku gdy wykonawca nie przedstawi danych dotyczących parametru ocenianego z określoną konkretną wartością punktową bądź określi go w innych jednostkach niż wymagane zostanie mu przyznane 0 pkt.

Punkty uzyskane za parametry punktowane w danym zadaniu stanowią punkty wstępne, o których mowa w opisie kryterium "Jakość" o znaczeniu 20%.

Dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego zapewnia wykonawca, ponosząc ryzyko i koszty transportu. Zamawiający będzie określał odrębnymi zleceniami na piśmie lub faksem asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy na 5 dni roboczych wcześniej przed dostawą. W razie reklamacji ilościowych bądź jakościowych wykonawca będzie je uwzględniał na swój koszt. Trzykrotna reklamacja tego samego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy.

Zamawiający informuje, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniach 1 – 26, będzie zobowiązany do utworzenia w siedzibie Zamawiającego "Banku sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej" w ilości 20% każdego wymienionego wyżej asortymentu w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy. Sprzęt dostarczony w ramach "Banku" będzie własnością wykonawcy do chwili jego wykorzystania przez zamawiającego, o czym wykonawca niezwłocznie zostanie powiadomiony na piśmie.

Termin realizacji zamówienia – w ciągu 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Nie spełnienie choćby jednego z podanych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie wymagane celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami, w związku z art. 44 – załącznik nr 1 do SIWZ.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga następujących dokumentów:

1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 2 – 4 i 6, wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. W pkt. 5 i 7 wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy. Dokumenty, o których mowa w lit./ a i c oraz pkt. 5 i 7 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument o którym mowa w lit/ b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Art. 24 ust. 2 pkt. 5 brzmi: “Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 5/ należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

Zamawiający będzie zwracał się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający oceniając wyjaśnienia będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złoży listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w sytuacji opisanej powyżej zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek niedostępnienia tych zasobów, chyba że za niedostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

1. Pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, **wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert**, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**.
5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**.
6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, **wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**.
7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.

9 ustawy Prawo zamówień publicznych, **wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

8. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, **wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie wzywał wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający będzie wykluczał z przedmiotowego postępowania wykonawców, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2. Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

Dokumenty potwierdzające, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, oraz informacje i oświadczenia, które musi zawierać oferta:

1. Formularz “oferta wykonawcy” sporządzony dla każdego zadania oddzielnie według wzoru strona 2 i 3 SIWZ.

2. Oferta cenowa sporządzona dla każdego zadania oddzielnie w sposób podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia str. 20 i zawierająca wszystkie elementy, o których w nim mowa.

3. Charakterystyka jakościowa oferowanego przedmiotu zamówienia przygotowana dla każdego zadania oddzielnie z podaniem producenta i kraju pochodzenia oraz jego nazwy handlowej. Charakterystyka musi zawierać co najmniej dane na temat warunków wymaganych, oraz warunków ocenianych, punktowanych określonych w SIWZ w części opis przedmiotu zamówienia. – zadanie 1-26

4. W zadaniu nr 27 i 28 zamawiający wymaga jako opisu przedmiotu zamówienia złożenia wraz z ofertą jednego zestawu do angiografii promieniowo – udowej (zadanie 27) i jednego zestawu jałowego do zabiegów ANGIO (zadanie 28) wraz z informacją o wymiarach serwety, w która jest zapakowany przedmiotowy zestaw.

5. Deklaracja zgodności CE o spełnieniu wymagań zasadniczych, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej dla oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.

6. Strony katalogowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia.

7. Oświadczenie o terminie płatności za dostawy - termin musi być określony w dniach. Wymagany termin płatności to **60** dni od daty otrzymania faktury VAT. Treść oświadczenia znajduje się w formularzu “oferta wykonawcy” wystarczy ją uzupełnić o oferowany termin.

Zamawiający informuje, że nie złożenie dokumentów, oświadczeń, informacji określonych w pkt. 1 – 7 spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku dokumentu wskazanego w **pkt. 3, 4, 5, 6** Zamawiający uprzednio zastosuje art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Terminy i wymagania co do sposobu sporządzania, składania i otwarcia ofert.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Złożenie oferty wariantowej spowoduje jej odrzucenie jako niezgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, a zadrukowane strony oferty ponumerowane. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odpowiednio zabezpieczone np. w oddzielnej kopercie lub skoroszycie (teczce). Oferta musi być podpisana przez wykonawcę tj. osobę (lub osoby) uprawnioną do reprezentowania firmy (zgodnie z wpisami do akt rejestrowych), bądź osobę upoważnioną przez wykonawcę na piśmie, w tym parafowane wszystkie strony oferty (wszystkie załączniki i dołączone dokumenty wymagane przez zamawiającego) oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w tym podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy może być przedstawione w formie oryginału bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisami do akt rejestrowych. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą i stanowi jej integralną część.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty dotyczące podmiotów, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia bez względu na jego charakter muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub przez ten podmiot.

Wykonawcy są zobowiązani do zachowania niżej podanego sposobu obliczania ceny (sporządzania oferty cenowej):

Opis oferowanego produktu, jednostka miary, ilość, cena jednostkowa bez podatku VAT, stawka VAT, cena jednostkowa z podatkiem VAT, łączna cena bez podatku VAT (wynik pomnożenia ceny jednostkowej bez podatku VAT przez ilość), łączna cena z podatkiem VAT (łączna cena bez podatku VAT powiększona o VAT). Cena ostateczna za całość przedmiotu zamówienia (suma cen łącznych) musi być podana w wartości netto (bez podatku VAT) i wartości brutto (z podatkiem VAT).

Ceny muszą być wyrażone w polskich złotych, i muszą być podane zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający informuje, iż rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.

Jeżeli cena oferty wyda się zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i zbudzi jego wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia. Należy stosować koperty podwójne zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana na Zamawiającego – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, 22 - 400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 i powinna być oznakowana następująco: "Przetarg nieograniczony – dostawa sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej. Zadanie nr Nie otwierać przed **25 czerwca 2015 r, godz. 13:00**", oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres wykonawcy.

Koperta wewnętrzna musi być oznakowana identycznie jak koperta zewnętrzna.

Opakowanie zawierające próbki musi być oznakowane następująco: "Próbki do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych. Zadanie nr Nie otwierać przed **25 czerwca 2015 r, godz. 13:00**." Opakowanie musi zawierać dokładną nazwę wykonawcy.

Ofertę oraz próbki należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane,

opieczętowane i oznaczone w sposób podany wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "Zmiana" lub "Wycofanie". Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Oferty wraz z próbkami mogą być doręczone osobiście lub przesłane pocztą, za pośrednictwem kuriera, z tym że nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego, oferta i próbki w sposób fizyczny muszą wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Termin składania ofert upływa dnia 25 czerwca 2015 r. o godz. 12:00. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 pok. 248 (Kancelaria Szpitala).

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert. Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, w dniu **25 czerwca 2015 r. godz. 13:00**, pok. 210.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków płatności.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Zamawiający będzie poprawiał w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; o wykonawcach których oferty zostały odrzucone

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 lub ust. 2 ustawy PZP, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10.

IV. Warunki przeprowadzenia przetargu w tym kryteria oceny

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (dwa) dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy będzie udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieści ją także na swojej stronie internetowej.

Zamawiający przedłuży określony termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zmiany zamieści na stronie internetowej.

W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pracownikiem upoważnionym przez zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: dr n. med. Marek Durakiewicz - tel. 84 677 35 93, lek. med. Tomasz Smyk – tel. (84) 677 34 30, mgr Irma Adamczyk tel. 84 677 38 57 w sprawie przedmiotu zamówienia, mgr inż. Anetę Sachajko w sprawach formalnych tel. 84 677 32 81, pok. 215 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,00 – Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane faksem i na piśmie za pośrednictwem poczty. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przekazywanych faxem oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz informacji. **Nr faksu Zamawiającego na który należy kierować korespondencję – 84 638 66 69.**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny o znaczeniu: **Kryteria oceny dla zadania 1-26.**

Cena - 80 %
Jakość – 20%.

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie w danym zadaniu oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 80 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 80 pkt.

Jakość – będzie oceniana na podstawie złożonej charakterystyki, stron katalogowych oferowanego przedmiotu zamówienia oraz w zadaniu 1 - 26 na podstawie złożonych próbek. Najwyżej będzie oceniona oferta w danym zadaniu, która zaoferuje przedmiot zamówienia o najwyższej jakości.

Sposób obliczania punktów za kryterium jakość: punkty wstępne uzyskane za parametry podlegające ocenie będą podstawą do obliczania punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 20 pkt. (1 pkt. = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 20 pkt.

Kryteria oceny dla zadania 27

Cena – 95%
Sposób pakowania – 5%

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie w danym zadaniu oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 95 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 95 pkt.

Sposób pakowania – będzie oceniany na podstawie złożonego opisu i próbki. Najwyżej będzie oceniana oferta, która zaoferuje zestawy w zadaniu nr 27 pakowane w serwetę.

Sposób obliczania punktów za kryterium jakość: uzyskane punkty wstępne będą podstawą do obliczania punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 5 pkt. (1 pkt. = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 5 pkt.

Kryteria oceny dla zadania 28

Cena – 95%
Wielkość serwety – 5%

Cena - będzie oceniana na podstawie oferty cenowej. Najwyżej oceniona zostanie w danym zadaniu oferta o najniższej cenie. Porównywane będą ceny ostateczne brutto za całość przedmiotu

zamówienia w danym zadaniu.

Sposób obliczania punktów za kryterium ceny: przyjmuje się zasadę poziomu odniesienia - w tym przypadku stosunek ceny minimalnej do ceny oferty badanej. Uwzględniając wartość tego kryterium 95 punktów (1% = 1 pkt.) obliczamy przyznaną liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 95 pkt.

Wielkość serwety – będzie oceniana na podstawie próbki, która stanowi opis przedmiotu zamówienia i informacji na temat wymiarów przedmiotowej serwety. Najwyżej będzie oceniana oferta, która zaoferuje serwetę o największych wymiarach.

Sposób obliczania punktów za kryterium jakość: uzyskane punkty wstępne będą podstawą do obliczania punktów porównywalnych. Przyjmujemy zasadę poziomu odniesienia tj. w tym przypadku stosunek oceny oferty badanej (ilość uzyskanych punktów wstępnych przez ofertę badaną) do oceny oferty maksymalnej (największa uzyskana ilość punktów wstępnych). Uwzględniając wartość tego kryterium 5 pkt. (1 pkt. = 1%) obliczamy liczbę punktów dla danej oferty mnożąc wyliczony współczynnik przez wagę kryterium tj. 5 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą złożoną w ramach tego postępowania zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie (oba) kryteria oceny łącznie.

Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Zamawiający zawrze umowę w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wcześniej, jeżeli w niniejszym przetargu nieograniczonym zaistnieją przesłanki o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit./a i pkt. 3 lit./a.

Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian przewidzianych we wzorach umów integralnej części SIWZ.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Prawo zamówień publicznych.

Oferta zostanie odrzucona gdy:

- jest niezgodna z ustawą;
- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
- zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie unieważnione gdy zaistnieje jedna z okoliczności określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechaniu czynności do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie w ramach przedmiotowego postępowania z uwagi na wartość zamówienia przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zgodnie z art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

–15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

–1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Wszystkie istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy są zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części zatytułowanej wzór umowy.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wzór umowy nr 1

zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr

zawarta w dniu w pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491 zwanym w treści umowy “Kupującym” w imieniu którego działa:

1.

a firmą z siedzibą w,
adres:, wpisaną do pod
numerem, NIP zwaną w treści umowy
“Sprzedającym” w imieniu której działa :

1.

2.

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu2015 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji **dostawę sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej** Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub załączniku do niniejszej umowy.

2. W ramach dostawy Sprzedający zobowiązuje się do utworzenia w siedzibie Kupującego “Banku sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej” zwanego dalej bankiem w terminie dwóch tygodni licząc od daty zawarcia umowy tj. do dnia 2015r.

§ 2.

1. W ramach Banku Sprzedający powierzy nieodpłatnie Kupującemu, ponosząc koszty i ryzyko transportu sprzęt do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej w następującym asortymencie i ilości

2. Kupujący stwierdzi utworzenie Banku i odbiór powierzonego sprzętu w ramach Banku poprzez podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Wyżej wymieniony sprzęt do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej jest własnością Sprzedającego do momentu jego wykorzystania przez Kupującego.
4. Powierzony sprzęt będzie przechowywany w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą zgodnie z przyjętymi zasadami na koszt Kupującego.

§ 3.

1. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Sprzedającego o wykorzystaniu powierzonych w ramach Banku sprzętu do badań angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej określając szczegółowo jego ilość i asortyment.
2. Powiadomienie o którym mowa w ust. 1 będzie podstawą dla Sprzedającego do wystawienia faktury VAT za wykorzystany przez Kupującego przedmiot umowy.

§ 4.

1. Kupujący będzie określał dostawy mające na celu uzupełnienie Banku w sprzęt do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej odrębnymi zamówieniami na piśmie lub faksem określając jego asortyment i ilość. Termin realizacji dostaw mających na celu uzupełnienie banku wynosi 5 dni licząc od daty otrzymania przez Sprzedającego zamówienia.
2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego ponosząc koszty i ryzyko transportu oraz nieodpłatnego powierzenia sprzętu do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej Kupującemu.
3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zleceniu na dostawę.
4. Dostarczony w ramach umowy sprzęt do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostawy.
5. Do dostaw mających na celu uzupełnienie Banku w sprzęt do badań i zabiegów angiograficznych wykonywanych w sali hybrydowej mają zastosowanie § 2 i § 3 niniejszej umowy.
6. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu ponownej dostawy.
7. W przypadku gdy Sprzedający nie będzie dostarczał sprzętu będącego przedmiotem umowy, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu u innego wykonawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstała różnica zostanie obciążony Sprzedający.
8. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczące dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji. Trzykrotna reklamacja upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 5.

1. Za dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.
Łączną cenę netto bez podatku VAT za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości
słownie:
- Łączną cenę brutto z podatkiem VAT za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie:
2. Wymienione wyżej ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem okoliczności określonych w § 11. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia

Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego. Obniżenie ceny brutto może nastąpić w każdym przypadku.

§ 6.

1. Kupujący zobowiązuje się do dokonania zapłaty za każdorazowo wykorzystany sprzęt do badań i zabiegów angiograficznych w ciągu dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze ze za dostawy.

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 7.

Sprzedający nie może przelać na inną osobę swych wierzytelności wynikających z umowy. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 8.

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu utworzenia Banku w wysokości 0,2 % wartości sprzętu brutto będącego przedmiotem Banku za każdy dzień zwłoki.

2. Sprzedający zapłaci na rzecz kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu zamówienia albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

4. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

5. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1, 2, 3.

§ 9.

Trzykrotne niewypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 8.

§ 10.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą

wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w następujących przypadkach:

- a) w przypadku zmiany danych stron,
- b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie mogą ulec ceny netto. Ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu,
- c) w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
- d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu będącego przedmiotem umowy, Kupujący dopuszcza zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie.
- e) w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.
- f) W przypadku zmiany oznaczeń katalogowych

§ 12.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 13.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. 2015 r. przez okres 12 miesięcy tj. do dnia 2016 r.

§ 14.

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.

§ 15.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY:

Wzór umowy nr 2

zawierający istotne dla Kupującego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Umowa Nr

zawarta w dniu w pomiędzy Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Zamościu przy ul. Aleje Jana Pawła II 10, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021024, NIP 922 – 22 – 92 – 491 zwanym w treści umowy “Kupującym” w imieniu którego działa:

1.

a firmą z siedzibą w,
adres:, wpisaną do pod
numerem, NIP zwaną w treści umowy
“Sprzedającym” w imieniu której działa :

1.

2.

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu2015 r. Treść umowy jest sporządzona na podstawie złożonej oferty.

§ 1.

1. Kupujący zleca a Sprzedający przyjmuje do realizacji **dostawę zestawów do angiografii promieniowo – udowej/zestawów jałowych do zabiegów ANGIO** dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu w asortymencie i ilościach określonych poniżej lub załączniku do niniejszej umowy.

2. Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przy czym suma wartości zrealizowanych dostaw nie może przekroczyć łącznej ceny określonej w §3 ust. 1.

§ 2.

1. Dostawy będą odbywały się przez okres 12 miesięcy, w dni robocze w godz. 8:00 – 14:30, licząc od daty zawarcia umowy. Kupujący będzie określał odrębnymi zleceniami na piśmie lub za pośrednictwem faksu asortyment i ilość zapotrzebowanego przedmiotu umowy. Termin realizacji

poszczególnych zleceń: w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zlecenia.

2. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Kupującego, ponosząc ryzyko i koszty transportu.

3. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, którego pochodzenie jest zgodne ze złożonym w ofercie dokumentem określającym producenta towaru. Asortyment i ilość dostarczonego przedmiotu umowy musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego zamówieniu na dostawę. Kupujący zastrzega sobie prawo zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem.

4. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe dotyczące dostawy przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

5. Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje jakościowe i ilościowe dotyczących dostaw przedmiotu umowy na swój koszt w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia reklamacji.

8. Trzykrotna reklamacja jakościowa bądź ilościowa przedmiotu umowy upoważnia Kupującego do rozwiązania umowy w zakresie reklamowanych dostaw. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

9. W przypadku, gdy Sprzedający nie będzie dostarczał wyrobu będącego przedmiotem umowy, Kupujący będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/odpowiednika u innego Sprzedającego. Jeżeli koszt zakupu będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony Sprzedający.

§ 3.

1. Za dostawę przedmiotu umowy będą stosowane ceny takie jak w złożonej ofercie cenowej tj. określone poniżej lub w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym jej integralną część.

Łączną cenę netto bez podatku VAT za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie:

Łączną cenę brutto z podatkiem VAT za całość przedmiotu umowy ustala się w wysokości słownie:

2. Wymienione wyżej ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu do czasu wykonania przedmiotu umowy. Podwyższenie cen w stosunku do oferty upoważnia Kupującego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania na rzecz Sprzedającego. Obniżenie ceny brutto może nastąpić w każdym przypadku.

§ 4.

1. Płatności za wykonane części dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu dni licząc od daty otrzymania faktury VAT na konto Sprzedającego podane w fakturze za dostawę.

2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5.

Sprzedający nie może przelać na inną osobę swych wierzytelności wynikających z umowy. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego.

§ 6.

1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo poszczególnych jego części, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego lub Kupującego od umowy z przyczyn leżących

po stronie Sprzedającego, Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

3. Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych w niniejszej umowie.

4. Odstąpienie od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego nie powoduje wygaśnięcia obowiązku Sprzedającego zapłaty ewentualnych kar umownych powstałych i obliczonych zgodnie z regulacją ust. 1.

§ 7.

Nie wypełnienie warunków umowy przez Sprzedającego, w tym m.in. nieterminowe lub niezgodne z zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a także inne istotne powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 6.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzone do umowy stosownym aneksem.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy jedynie w następujących przypadkach:

- a) w przypadku zmiany danych stron,
- b) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie mogą ulec ceny netto. Ceny brutto nie mogą ulec podwyższeniu,
- c) w przypadku obniżenia ceny na dany przedmiot umowy bez względu na przyczynę takiej zmiany,
- d) w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku produktu będącego przedmiotem umowy, Kupujący dopuszcza zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach w cenie jednostkowej (brutto) zaoferowanej w ofercie,
- e) w przypadku niezrealizowania umowy pod względem ilościowym, wartościowym, wydłużenie jej obowiązywania maksymalnie do 6 miesięcy licząc od daty zakończenia jej obowiązywania.
- f) W przypadku zmiany oznaczeń katalogowych

§ 9.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10.

W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Kupujący zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości dostaw, o czym powiadomi Sprzedającego na piśmie. W takim przypadku Sprzedający może jedynie żądać wynagrodzenia za faktycznie zrealizowaną część dostawy.

§ 11.

Umowa obowiązuje od dnia zawarcia umowy tj. 2015 r. przez okres 12 miesięcy tj. do dnia 2015 r.

§ 12.

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według siedziby Kupującego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.

§ 13.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Kupującego, jeden dla Sprzedającego.

SPRZEDAJĄCY :

KUPUJĄCY: