



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 21 listopada 2022 r.

AT.Z.2150.46.32.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania pn. **„Dostawa części i akcesoriów do aparatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”**, wpłynęły kolejne pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

PYTANIE 1 Zadanie nr 7 pozycja 3

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pęsety bipolarnej prostej, długość 220mm, końcówka 2mm, z prowadnicą?”

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 2 Zadanie nr 4 pozycja 6

„Czy Zamawiającego dopuści przewód 3m?”.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE 3 Zadanie nr 3 – czujniki i akcesoria do pulsoksymetrii poz. 6

„Uprzejmie prosimy o podanie ilości pinów znajdujących się we wtyczce lub podanie nr REF obecnie używanego kabla”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego przewodu to Maicuff 352-063 (5 pinów we wtyczce).

PYTANIE 4 Zadanie nr 4 – Mankiety i akcesoria do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia do kardiomonitorów poz. 3

„Uprzejmie prosimy o podanie nr REF używanego dotąd mankietu oraz potwierdzenie czy zamawiający ma na myśli konektor połączeniowy typu Philips jak poniżej. W przypadku innego wariantu konektora proszę o podanie dodatkowych informacji na temat konektora”.

Odp.: Zamawiający oprócz rozwiązań jedнопrzewodowych stosuje również mankiety dwuprzewodowe z konektorami typu Philips takimi, jak na przedstawionym zdjęciu.

PYTANIE 5 Zadanie nr 5 – akcesoria do aparatów do znieczulania prod. Datex-Ohmeda poz. 1

„Uprzejmie prosimy o podanie numeru katalogowego używanego dotąd czujnika”.

Odp.: Nr katalogowy obecnie używanego czujnika to 2089610-001-S.

Adam Fimiarez

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu