



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.37.21

Zamość, dnia 21 lipca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę podstawowego sprzętu angiograficznego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu wprowadzającego, dla którego koszulka 5F posiada przewodnik 0.035”, pozostałe rozmiary wymagane w SIWZ kompatybilne z przewodnikiem 0.038” Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przewodników hydrofilnych o podstawowej sztywności; dostępne długości 150, 260cm oraz średnice: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”

- końcówki: prosta oraz zagięta”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

„Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 5 rozdziału IV swz (opis przedmiotu zamówienia) przewodników specjalistycznych o najwyższej sztywności o średnicy tylko 0.035”. Pozostałe parametry zgodnie z swz.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 dopuści Zbrojone koszulki naczyniowe wielozadaniowe proste o następujących parametrach:

- koszule proste oraz proste FIRM – o bardziej elastycznej końcówce, tzw. miękkie lądowanie
- cieniodajny znacznik w części dystalnej koszuli
- średnica koszulek 4; 5; 6; 7; 8F, w przedziale długości: 15, 45, 60, 90, 130cm
- duże światło wewnętrzne od 0,063” w 4F do 0,113” w 8F”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 14:

„Czy w Zadaniu 14 Zamawiający dopuści pętlę do wyciągania ciał obcych z naczyń krwionośnych o następujących parametrach:

Pętla zaciskowa w postaci nitinolowego przewodnika zakończonego odchodzącą prostopadle pod kątem 90 stopni w części dystalnej pętlą

- wysoce radiocieniująca wykonana z pozlacanego drutu wolframowego - rozmiary pętli
- Pętla standardowa: średnice 5/10/15/20/25/30/35mm, długości przewodnika 65 lub 120cm, cewnik prowadzący 4 lub 6F
- Mikropętla: średnice 2/4/7mm, długości przewodnika 175/200cm, cewnik prowadzący

3,0/2,3F prox/dyst.

- w komplecie: jeden cewnik, jeden introduktor i jeden torquer”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14:

„Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 dopuści System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych o następujących parametrach:

- skład zestawu: pętla, torker, introduktor i cewnik

- rozmiar 4F - 5F

- zakres pracy: 3 – 35 mm

- długość pętli 120 cm +/- 10 cm

- długość cewnika 100 cm +/- 10 cm

- system składający się z pętli nitinolowej ze złotym pokryciem

- duża elastyczność, przeniesienie obrotu 1:1

- pętle zapewniające doskonałą widoczność w skopii

- cewnik odporny na załamania i zagięcia, kształtowalna końcówka, złącze typu luer umożliwiające sterowanie systemem”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 14:

„Czy Zamawiający dopuści do oceny system do usuwania ciał obcych parametrach: Atraumatyczna nitinolowa pętla zagięta pod kątem 90 stopni, z połączonym wolframem dla uzyskania optymalnej widoczności; Początek nasady zagięty by ułatwić nawigację, Prowadnik o bardzo dobrej manewr owalności; Podtrzymujący rękaw ściśle połączony z „hub” eliminujący załamywanie się; Luer konektor; Torquer XXL ułatwiający manipulowanie; Nitinolowy drucik polepszający możliwość manipulacji; Platynowy wewnętrzny znacznik w kształcie pierścienia zapewniający dobre pozycjonowanie introducera; rozmiar koszulki 4-5F; Średnice 5,10,15,20,25,30,35 mm; długość pętli 125 cm; długość introducera 110 cm

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 18:

„Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy wysokociśnieniowych 1200 Psi i długości 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 18:

„Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania w zadaniu nr 18 przedłużaczy wysokociśnieniowych o długości min. 150 cm. Reszta parametrów bez zmian.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto opóźnionej w dostawie części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2%

wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w umowie, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto objętej reklamacją części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 2.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. wzoru umowy:

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust 2)”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Marta Węgrzyn - Bąk

/-/

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu