

**„Dostawa mobilnego systemu USG dla Stacji Dializ  
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im.  
Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

<b>Lp.</b>	<b>Parametr / warunek</b>	<b>Warunek graniczny</b>	<b>Podać opis i numer katalogowy</b>
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 r. Producent Model Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Przenośny, bezprzewodowy aparat USG do użytku mobilnego	TAK Podać	
3.	Zastosowanie u dorosłych, dzieci i noworodków	TAK	
4.	Technologia podwójnej głowicy: - głowica liniowa: częstotliwość minimum 3-12MHz, zasięg do minimum 8 cm - głowica konweksowa: częstotliwość minimum 2-5MHz, zasięg do minimum 24 cm	TAK Podać	
5.	Dostępne tryby pracy minimum: - tryb B - Color Doppler - obrazowanie harmoniczne	TAK Podać	
6.	Zasilanie akumulatorowe, czas pracy minimum 45 minut	TAK Podać	
7.	Ładowanie bezprzewodowe	TAK	
8.	Wytrzymałość na wstrząsy, odporność na wysoka temperaturę, wilgoć oraz działanie środków do dezynfekcji	TAK	
9.	Waga maksymalnie 300 g	TAK Podać	
10.	Aplikacja z pakietem podstawowych pomiarów, obliczeń oraz presetów do wizualizacji różnych organów	TAK Podać	

11	Dodatkowe wyposażenie: - etui ochronne - ładowarka bezprzewodowa - tablet o przekątnej 8" lub 10" i rozdzielczości min 640 x 960 pixeli współpracujący z zaferowanym aparatem	TAK Podać	
12	Gwarancja minimum 36 miesięcy	TAK Podać	