

Zamość, dnia 07 lutego 2020 r.



AG.ZP 3320.4.01181.20



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/AK/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET
UOWSZECHNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę odczynników do badań biochemicznych i innych niezbędnych produktów wraz z dzierżawą dwóch analizatorów biochemicznych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:**

1. SIWZ pkt I – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu dostawy odczynników i innych niezbędnych wyrobów do 5 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ minimalne wydajności analizatorów biochemicznych są maksymalnymi wydajnościami podanymi w materiałach marketingowych producenta analizatorów.

Wyjaśnienie: Tak.



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu

Pytania do umowy

3.§1 ust.2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie – „o ile dotyczy.”? Uzasadnienie – nie każdy zaoferowany przedmiot umowy (towar) podlega ustawie o wyrobach medycznych – np. materiały zużywalne.

Wyjaśnienie: Tak.

4.§4 ust.6.1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu do 72 godzin w dni robocze ?

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

5.§8 ust.1 pkt 2, 3, 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby kara liczona była od wartości dzierżawy (za 18 miesięcy) za oferowany sprzęt? Uzasadnienie – przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sprzętu a nie dostawa więc kary powinny być liczone od wartości umowy a nie od wartości sprzętu.

Wyjaśnienia: Zgodnie z SIWZ.

6.§10 ust.16 –Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie punktu 4/ „w przypadku Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”

Wyjaśnienie: Ta kwestia jest uregulowana w §3 wzoru umowy integralnej części SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
Lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk