




CERTYFIKAT 2019/78



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
POWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Zamość, dnia 25 listopada 2020 r.

DZP 3320.82.10703.20

Dotyczy: wyjaśnienie oraz zmiana treści siwz.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę aparatu rtg z ramieniem C**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

1. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia. Punkt 21

Prosimy o zmianę wymagania zgodnie z poniższym.

Aparat, który chcemy Państwu zaproponować posiada monitor dotykowy na ramieniu C oraz możliwość kontrolowania przez operatora hamulców elektromagnetycznych za pomocą panelu na obudowie detektora. Ze względu na brak wymagania zmotoryzowanych ruchów ramienia C, panel dotykowy montowany na szynie stołu jest w tym przypadku opcją, która nie będzie wykorzystywana.

21	Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na szynie stołu. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów.	TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt	
----	--	-----------------------------------	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia. Punkt 54

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania detektor wykonany w technologii amorficznego krzemu (aSi)? Prosimy o zmianę wymagania zgodnie z poniższym.

Aparat, który chcemy Państwu zaproponować posiada detektor wykonany w technologii amorficznego krzemu aSi, w którym rozmiar piksela jest równy 194µm - Zamawiający dopuszcza taką wielkość w punkcie 50. Detektor wraz z oprogramowaniem naszego aparatu zostały dopasowane w najbardziej optymalny sposób pozwalając uzyskać wysokiej jakości obrazy.

54	Detektor w technologii CMOS lub aSi	CMOS – 20 pkt aSi – 0 pkt	
----	-------------------------------------	---------------------------------	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia. Punkt 55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania detektor o matrycy $\geq 1530 \times 1530$ pikseli? Zamawiający w punkcie 50 wymaga rozmiaru piksela $\leq 195 \mu\text{m}$, co w przypadku detektora o rozmiarze 30 cm x 30 cm odpowiada rozdzielczości w zakresie, o który wnioskujemy.

Prosimy o zmianę wymagania zgodnie z poniższym.

55	Matryca detektora	$\geq 1530 \times 1530$ pikseli Podać Wartość największa - 20 pkt, wartość minimalna - 0 pkt, reszta - proporcjonalnie	
----	-------------------	--	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia. Punkt 101

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania przewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć/sekwencji fluoroskopowych oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, Roadmap), 4 przyciskowy?

101	Bezprzewodowy lub przewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy (fluoro, DSA, Roadmap) min. 3 przyciskowy.	Bezprzewodowy – 20 pkt Przewodowy – 0 pkt	
-----	--	--	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu rtg. Aby zapewnić konkurencyjność ofert proponujemy wprowadzenie dodatkowej oceny za poniższy parametr.

Czy w związku z tym Zamawiający dodatkowo wprowadzi ocenę punktową za możliwość regulacji wysokości monitorów umieszczonych na wózku, wraz z możliwością ich składania w celu bezpiecznego transportu i przechowywania, zgodnie z poniższym?

Taka funkcjonalność znacząco zwiększa komfort pracy, szczególnie podczas długich procedur, pozwalając na regulację położenia monitorów względem operatora.

10 4	Regulacja wysokości monitorów umieszczonych na wózku, wraz z możliwością ich składania w celu bezpiecznego transportu i przechowywania	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
---------	--	-----------------------------	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu rtg. Aby zapewnić konkurencyjność ofert proponujemy wprowadzenie dodatkowej oceny za poniższy parametr.

Poniższa funkcjonalność zapewnia znaczący komfort w obsłudze aparatu, umożliwia szybsze działanie ze względu na możliwość zmiany pozycji ramienia C przez operatora.

10 5	Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzłużnego i obrotu wokół osi pionowej bezpośrednio przy detektorze	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
---------	---	-----------------------------	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu rtg. Aby zapewnić konkurencyjność ofert proponujemy wprowadzenie dodatkowej oceny za poniższy parametr.

Opisywana funkcjonalność zapewnia komfort w obsłudze aparatu oraz umożliwia szybszą ocenę zwięzienia naczyń.

10 6	Funkcjonalność wyznaczenia stopnia stenozы min. w procentach	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
---------	--	-----------------------------	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu rtg. Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację za zapewnienie bezpieczeństwa danych obrazowych i systemowych na dyskach twardych komputera. W przypadku wystąpienia zaniku napięcia w sieci zasilającej aparat RTG wyłączy się, natomiast dane na komputerze są zabezpieczone przez zasilacz awaryjny UPS, który w bezpieczny sposób wyłączy system obrazowy.

10 7	UPS podtrzymujący zasilanie komputera z danymi obrazowymi i danymi pacjenta	Tak, zintegrowany – 10 pkt Nie, zewnętrzny – 0 pkt	
---------	---	---	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający punktuje wiele funkcjonalnych rozwiązań aparatu rtg. Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić dodatkową punktację za parametr dotyczący szybkości chłodzenia kołpaka z aktywnym systemem chłodzącym? Oprócz dużej pojemności cieplnej kołpaka ważna jest zdolność jego szybkiego chłodzenia, aby w trakcie przedłużającego się zabiegu aparat pozwala pracować jak najdłużej ze swoją pełną wydajnością.

10 8	Szybkość chłodzenia kołpaka z aktywnym systemem chłodzącym	≥ 150 kHU/min – 10 pkt < 150 kHU/min – 0 pkt	
---------	--	--	--

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

10. Dot. wzoru umowy §10 ust.5

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymienioną część lub istotną naprawę skutkującą rozpoczęciem biegu gwarancji na nowo, taką część lub naprawę, której koszt

przekracza 40% ceny brutto urządzenia. W pozostałych przypadkach Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.

Wyjaśnienie: Nie.

11. Dot. wzoru umowy §7 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu:

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Wyjaśnienie: Nie.

12. Dot. wzoru umowy §8 ust. 2

Oświadczenie o odstąpieniu z powodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem do należytego wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego. Zwracamy się z prośbą o dodanie takiego zapisu do wzoru umowy.

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Wyjaśnienie: Nie.

11. Dot. wzoru umowy §14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §14 kolejnego (4) ustępu w brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”?

Uzasadnienie:

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Wyjaśnienie: Nie.

12. Dot. wzoru umowy powierzenia §6

Prosimy o nadanie następującej treści §6”

- (1) *Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.*
- (2) *Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem*
- (3) *Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecenia czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.*
- (4) *Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesiące od otrzymania takich informacji.*
- (5) *W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.*

Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania

 - a. *zapropionować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub*
 - b. *podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.*
- (6) *W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi peł-*

ną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

- (7) *W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.*
- (8) *W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.*

Uzasadnienie:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy nadanie § 6 brzmienia, które oddaje faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

Wyjaśnienie: Nie.