

Zamość, dnia 10 lipca 2020 r.



AG.ZP.3320.45. .20

Dotyczy: Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu do ablacji**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

**Pytanie dot. zadania 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod ablacyjnych o długości 110 cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 2:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod o długości 110 cm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod o długości 110cm?

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod ablacyjnych dwukierunkowych o długości 110 cm i pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ.

**Wyjaśnienie:** Tak.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek w Zadaniu 5?

Oferowane w Zadaniu 5 przez xxxxxxxxxxxx wyroby medyczne są znane Zamawiającemu, używane były przez Zamawiającego w ramach zakończonej umowy, co umożliwia dokonanie oceny technicznej na podstawie doświadczeń oraz szczegółowych danych technicznych, które zawierać będzie oferta.

**Wyjaśnienie:** Nie.

**Pytanie dot. zadania 5:**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach próbki jedynie oferowanego produktu czy również akcesoriów niezbędnych do jego użycia/ uruchomienia tj. kabli.

**Wyjaśnienie:** Jedynie oferowanego produktu

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Prosimy o doprecyzowanie treści umowy, poprzez zmianę brzmienia par. 2 ust. 4 zd. pierwsze na: „Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.

Certyfikat nr 51705/B/0001/LK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/LK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/LK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/LK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/LK/Po

ISO 22000:2005



KOMITET  
UPOWSZECHNIANIA  
KARMIENIA  
PIERSIĄ



tel. centrala:  
84 677 33 33

tel. sekretariatu:  
84 677 33 00

fax:  
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:  
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

**Wyjaśnienie:** Wiążące są zapisy wzoru umowy.

**Pytanie dot. wzoru umowy:**

Prosimy o doprecyzowanie treści umowy poprzez dodanie do par. 3 ustępu 1 zdania o następującej treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Kupującego.

**Wyjaśnienie:** Zamawiający, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wykorzystaniu powierzonego w ramach Banku sprzętu, określając szczegółowo jego ilość i asortyment. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania w pierwszej kolejności sprzętu z najkrótszym terminem ważności. Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z Banku przez Zamawiającego”.

p.o. Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk