

Zamość, dn. 20.05.2024 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania „Sprzedaż i dostawa implantów piersi potrzebnych do wykonania mastektomii podskórnej z jednoczasową rekonstrukcją piersi implantem.” zadane przez firmę VITACO SP. Z O.O.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie 1 - Implanty piersi okrągłe o powierzchni gładkiej i podstawie okrągłej:

Pkt 6. „powierzchnia nanoteksturowa 5 mikronów”

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt o następującej specyfikacji: powierzchnia nanoteksturowa do 13 mikronów

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga powierzchni nanoteksturowej - 5 mikronów

Pkt 11.

„2 projekcje,”

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt o następującej specyfikacji: 4 projekcje

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga 2 projekcje.