

„Dostawa szybkich testów ureazowych w kierunku wykrywania Helikobakter Pylori dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu .”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szybki test ureazowy w kierunku wykrywania Helikobakter Pylori

Test ureazowy wykonany z płytki polisterynowej zawiera:

- taśmę zabezpieczającą
- studzienkę testową
- krążek nasączony mocznikiem celulozowym
- pierścień wskaźnikowy nasączony wskaźnikiem barwnym