



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu [®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 24 marca 2016 r.

AG.ZP.3320.3. .16



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę produktów do utrzymania czystości i higieny w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie 1 dot. zadania 6

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania nr 6, pozycji nr 2, 3, 5, 7 i utworzenie z tych pozycji oddzielnego zadania.

2. Golarka jednorazowa z podwójnym ostrzem, plastikowa, bez ruchomej główki, bez paska nawilżającego z antypoślizgową rączką.

3. Golarka medyczna typu Gallant

5. Golarka wielorazowego użytku metalowa do żyletek

7. Żyletka stalowa, dwustronne ostrze umieszczane w maszynie, do klasycznych maszynek do golenia.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dot. zadania 11:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania produktów zgodnych z opisem specyfikacji lecz w innych opakowaniach jednostkowych, oraz o możliwość przeliczenia ilości na litry.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. zadania 11

Czy zamawiający wymaga aby wykonawca użył systemów dozujących które będą zabezpieczone zamkiem patentowym przed dostępem osób niepożądanych do środków czystości.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 4 dot. zadania 5

Ponieważ niektóre parametry i niedostateczne właściwości wapna mogą działać szkodliwie na pacjenta oraz wpływać na niską wydajność użytkowania, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowe ma posiadać wysoką absorpcję dwutlenku węgla co najmniej 150 l CO₂/1 kg wapna, twardość na optymalnym poziomie min. 99 %, co daje pewność, że podczas transportu i przenoszenia nie powstanie więcej pyłu niż na poziomie 0,1% - 0,2 %; ma nie zawierać wodorotlenku potasu (KOH) – przez co minimalizuje się ryzyko rozpadu anestetyków i pojawienia się tlenku węgla i komponentu A toksycznego dla ludzi i zwierząt – związki te mogą pojawić się tylko wtedy, gdy wapno jest przesuszone. Przez co zawartość wilgoci nie mniejsza niż 15%; może być stosowane z Sevofluranem, Desfluranem, Isofluranem, Enfluranem, Halothanem; wskaźnik zużycia (wapno zużyte zabarwia się na kolor fioletowy)?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 5 dot. zadania 5

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wapno sodowe ma mieć postać białych nieregularnych granulek 2,5 – 5,0 mm (tzw „D-profile”), tak jak w dotychczas stosowanym w Państwa Placówce? Zróżnicowany odpowiedni kształt powoduje, że są wydajniejsze w pochłanianiu CO₂ – ich kształt przekłada się na większą rzeczywistą powierzchnię biorącą udział w reakcji. Zwiększa to prędkość reakcji z CO₂, a w rezultacie zdolność absorpcji co najmniej 150 l CO₂/1 kg wapna.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 6 dot. zadania 5:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli wapno pakowane w 5 litrowe kanistry po 4,5 kg tak jak większość dostępnych na rynku? Zdarza się, że zaferowane wapno pakowane w 5 L kanistry ma mniejszą wagę.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 7 dot. SIWZ i wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę pierwszego zdania § 4 ust. 1 na następujący: „Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy, z wyjątkiem sytuacji kiedy opóźnienie w zapłacie przekroczy 30 dni:?”

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie 8 dot. SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie cena brutto, cena netto zaś pozostanie bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że kwestie dot. stawki podatku VAT uregulowane są we wzorze umowy.

Pytanie 9 dot. SIWZ i wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 na następujący: „wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5

ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują jako nieistniejące.”

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy wzoru umowy integralnej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 10 dot. zadania 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem na dostawę produktów do utrzymania czystości i higieny zwracam się z prośbą o doprecyzowanie:

Zadanie 1 pozycja 6 – czy zamawiający wpisując mydło dla niemowląt w płynie dopuszcza zaproponowanie preparatu w postaci emulsji lub płynu do mycia spełniającego wymagane kryteria?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 11 dot. zadania 1:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 szampon i płyn do kąpieli w op. 400 ml w przeliczeniu (36 szt. x 500 ml = 45 szt x 400 ml) przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 12 dot. zadania 1

Czy w poz. 9 Zamawiający dopuści ścierkę z wiskozy pomarańczową albo ścierkę z mikrofibry? Ścierki celulozowe (gąbczaste) nie występują w wersji do podłóg oraz podanym rozmiarze.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 13 dot. zadania 1

Czy Zamawiający może podać w poz. 19 przykładową markę odkamieniacza spełniającego wymogi specyfikacji?

Wyjaśnienie:

Odkamieniacz typu Sansed.

Pytanie 14 dot. zadania 1

Czy w poz. 20 zamawiający dopuści preparat w op. 400 ml w przeliczeniu na ilość sztuk (750 ml x 3 szt. = 400 ml x 6 szt) i zachowaniu pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 15 dot. zadania 7

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 kosz pedałowaty o pojemności 15 l przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

Pytanie 16 dot. zadania 11

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1, 2, 3 koncentraty o wydajności 1000 litrów gotowego roztworu 2,5 l koncentratu w przeliczeniu na ilość sztuk (x współczynnik 2,5) przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Wyjaśnienie:

Nie. Wiążące są zapisy SIWZ.

*Lek. med. Andrzej Mielcarek
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*