

„Dostawę mobilnego urządzenia do uzdatniania wody dla potrzeb Oddziału Nefrologii Samodzielnego Publicznego Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.”

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Mobilne urządzenie do uzdatniania wody- 1 szt**

Producent -.....

Nazwa produktu/Model/Typ-

Lp.	Parametr / warunek	Warunek graniczny	Opis parametrów oferowanych
1.	Urządzenie mobilne na kółkach, lekka kompaktowa konstrukcja umożliwiająca sprawne przemieszczanie,	TAK podać	
2.	Przyłącza wody łatwe w obsłudze, nie wymagające dodatkowej przebudowy instalacji wodnej umożliwiające produkcję wysokiej jakości wody do dializy z wody pitnej	TAK	
3.	Woda uzdatniona za pomocą mobilnego uzdatniacza wody powinna spełniać wymogi jakości wody użytkowej do dializ zgodnie z Farmakopea Polska	TAK	
4.	Zintegrowany filtr wstępny zmiękczający wodę pitną o bardzo dużej twardości	TAK Podać	
5.	Wydajność odwróconej osmozy minimum 80l/h	TAK Podać	
6.	Komunikatory przyjazne dla użytkownika	TAK podać	
7.	System automatycznej dezynfekcji chemicznej lub termicznej	TAK Podać	
8.	Alarmy audiowizualne	TAK Podać	
9.	Możliwość ciągłej kontroli jakości uzdatnianej wody	TAK podać	
10.	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2023 rok	TAK podać	
11.	Minimum 2 lata gwarancji	TAK Podać	
12.	Urządzenie przystosowane do podłączenia użytkowanych przez Szpital aparatów do hemodializ za pomocą zaworu GF d16DN	TAK	
13.	Wyposażenie: - środek do dezynfekcji urządzenia min. 5 litrów - testy na pozostałości środka do dezynfekcji min. 100 szt.	TAK podać	
14.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymenić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK podać	
15.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

.....
podpis osoby uprawnionej /upoważnionej