



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 26 kwietnia 2017 r.

AG.ZP.3320.3. .17

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do zabiegów usuwania elektrod wewnątrzsercowych. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. zadania 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 1 mandrynu blokującego o długości roboczej powyżej 65 cm i blokujący się na długości poniżej 65 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 4 koszulki z ręcznym napędem mechanicznym dostępnym w dwóch wersjach: dwukierunkowym i jednokierunkowym. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Wyjaśnienie: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie dot. zadania 21:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 21 zestawów do nakłucia worka osierdziowego o następujących parametrach:

- zestaw dedykowany do zabiegu pericardiocentezy metodą Seldingera
- zestaw składający się z radiocieniującego cewnika typu pigtail 8.3F o długości 40 cm, z 6 otworami bocznymi, rozszerzadła, przewodnika o średnicy 0.038" o długości 70 cm, dwóch igieł 18G o długości 7 i 12 cm oraz adaptera rurki wielozadaniowej.

Wyjaśnienie: Nie, obowiązują zapisy SIWZ.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno – Technicznych
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
mgr inż. Bernarda Petryk



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPRAWY CHLEBA I
KARMIEŃ PIERŚIĄ



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524