



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 14 października 2016 r.

AG.ZP.3320.4. .16

Dotyczy: Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty do 30 000 euro na dostawę aparatu USG. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pytanie dot. pkt 8: Prosimy o dopuszczenie do przetargu aparatu USG wysokiej klasy jednego z największych producentów, którego zakres częstotliwości pracy aparatu w trybie 2D wynosi 1,3 – 12 MHz? Pragniemy zauważyć, że podana częstotliwość spełnia wymagania zakresu pracy oferowanych głowic.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 12: Prosimy o potwierdzenie czy zamawiający będzie wymagał w celu poprawienia jakości i komfortu pracy użytkownika monitora osadzonego na wielokierunkowym przegubowym ramieniu umożliwiającym zmianę jego położenia we wszystkich kierunkach?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. pkt 13: Prosimy o dopuszczenie do przetargu aparatu USG wysokiej klasy jednego z największych producentów, który nie posiada regulacji wysokości i obrotu pulpitu sterowniczego? Konstrukcja proponowanego aparatu pozwala, jeśli zachodzi taka potrzeba, na obrócenie systemu w miejscu.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. warunków umowy §5: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Sprzedający nie może przelać na inną osobę swych wierzytelności wynikających z umowy. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. cesja wierzytelności i/ lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającego na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Kupującego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. warunków umowy §6 ust. 7: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wady w przedmiocie umowy w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający ma obowiązek usunięcia wad w sposób najmniej uciążliwy dla Kupującego. Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w okresie gwarancji liczony od momentu zgłoszenia reklamacji - nie dłużej niż 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza granic Polski - nie dłuższy niż 10 dni roboczych (dnie robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG.ZP.3320.4.16 - Wyjaśnienie treści zaproszenia

1 z 3



URS is a member of Registrar of Standards (Holding) Ltd.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOPIECZNIANIA
KARMENIA
PIERSIĄ



Szpital
bez bólu

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. warunków umowy §6 ust. 13: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Jeżeli Sprzedający nie dopełni swoich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Kupujący jest uprawniony do: powierzenia ich wykonania innemu autoryzowanemu serwisowi producenta, na ryzyko i koszt Sprzedającego”?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. warunków umowy §7 ust. 1 i 7: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,2% na 0,1% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. warunków umowy §7 ust. 4: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,2%? Jednocześnie wnioskujemy o odstąpienia od naliczania kary umownej w przypadku dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego.

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż następuje zmiana zapisów wzoru umowy w § 7 ust. 4 poprzez dodanie zdania drugiego o treści: „Zamawiający odstępuje od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia przez wykonawcę na czas naprawy urządzenia zastępczego”.

Pytanie dot. warunków umowy §8: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „W razie zwłoki w wykonaniu dostawy aparatu Kupujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 1”?

Wyjaśnienie: Zamawiający informuje, iż następuje zmiana zapisów wzoru umowy poprzez nadanie §8 następującego brzmienia: „W razie zwłoki w wykonaniu dostawy aparatu Kupujący ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w § 7 ust. 1”

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o zakresie częstotliwości pracy w trybie 2D 2 – 20MHz?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG o zakresie dynamiki systemu 170 dB?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyposażony w 3 gniazda (2 gniazda elektroniczne i 1 mechaniczne)?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z wbudowanym wewnętrznym systemem archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows tj. w formatach BMP, AVI i DICOM 3.0? Należy zaznaczyć, iż format BMP jest formatem równoważnym formatowi JPEG.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez dopplera kierunkowego? Należy zaznaczyć, iż wymieniona opcja jest zbędna w badaniach urologicznych i małych narządów i znacząco podwyższa koszty urządzenia.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z możliwością zmiany map koloru w trybie color doppler i power doppler w ilości 11?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z funkcją poszerzającą pole skanowania w sondach liniowych za pomocą obrazowania trapezowego?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez trybu power dopplera kierunkowego oraz techniki obrazowania w rozszerzonym trybie color doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach? Należy zaznaczyć, iż wymieniona opcja jest zbędna w badaniach urologicznych i małych narządów i znacząco podwyższa koszty urządzenia.

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG z głowicą convex z kątem pola skanowania 60°?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie: Czy zamawiający będzie wymagać aby głowica rektalna posiadała wbudowane trzy płaszczyzny pozwalające na obrazowanie end-fire, saggital oraz transerse?

Wyjaśnienie: Nie, zgodnie z SIWZ.

Główny Księgowy
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu
mgr Andrzej Gryn