



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 30 maja 2023 r.

AT.Z.2150.29.3.2023

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę odczynników do elektroforezy białek z dzierżawą analizatora użytku wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

"Czy Zamawiający dopuści pominięcie w wycenie pozycji „Naczynka do zagęszczania moczu z pipetkami” w przypadku gdy moduł sam automatycznie pobiera mocz z naczynek i go zagęszcza bez konieczności użycia dodatkowych zagęszczaczy? Rozwiązanie to jest znacznie wygodniejsze, szybsze i ekonomiczniejsze."

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający dopuści pominięcie w wycenie pozycji” aplikatory w ilości 30 szt.” i zastąpienie jej pozycjami zawierającymi niezbędne materiały zużywalne w ilości pozwalającej wykonać 2400 proteinogramów?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający dopuści 24 rozdziały na jednym żelu? Oznacza to wykonywanie średnio raz w tygodniu i znacząco zmniejsza koszty.”

Odpowiedź:

Zamawiający wykonuje badania co 4-5 dni, co uniemożliwi wykorzystanie wszystkich 24 ścieżek na żelu. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeżeli zostanie zaoferowana większa ilość żeli, uwzględniając stratę 5-7 ścieżek na każdym żelu.

Pytanie nr 4

„ Czy w związku z integracją oferowanego systemu LIS Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu komputerowego z najnowszą wersją Windows 11 co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia luk bezpieczeństwa teleinformatycznego?”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ, pkt. 6

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 02.06.2023 r. do godz. 13.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 02.06.2023 r. o godz.14.00.

Adam Fimiarez

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu