



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, dnia 23 września 2022 r.

AT.Z.2150.6.3.2022

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postępowania AT.Z.2150.6.3.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na „**Dostawę akcesoriów do urządzenia C2Xplore prod. INOMED do śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**” wpłynęło 1 pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę „Para elektrod igłowych typu Trygon(czerwona/czarna) 20/2000,jednorazowe,sterylne” na „ Trójkę elektrod igłowych typu Trygon (czerwona/ czarna/ zielona) 15/1500, jednorazowe, sterylne”?”

Odpowiedź: TAK.

Adam Fimiarz

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu