



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.69.20

Zamość, dnia 1 lutego 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ i zmiana treści SWZ

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na **dostawę odczynników do badań gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do elektroforezy białek wraz z dzierżawą aparatu**. Poniżej podajemy treść wniosków i wyjaśnienia:

### 1. Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza w pkt 4 warunków graniczny skaner wysokorozdzielczy do żeli wbudowany w aparat umożliwiający skanowanie materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych, za pomocą którego proteinogram zostanie przetworzony w postać cyfrową, a następnie przesłany do dedykowanego programu, w którym następuje analiza i interpretacja.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający dopuszcza.

### 2. Dotyczy zadania 5

Zamawiający wymaga w pkt. 10 „Baza danych pacjentów”, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostępu do archiwalnej bazy danych, aby mieć wgląd do wyników pacjentów.

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający potwierdza.

### 3. Pytania do zał. wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.

**Wyjaśnienia:** Tak, umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej.

#### 4. Pytania do zał. wzór umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia?

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych usług związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych ze zrealizowaniem zamówionych usług.

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zasady zmiany umowy w przypadku pandemii SARS-CoV-2 wynikają wprost z przepisów prawa.

#### 5. Par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin dostawy wynosił 5 dni roboczych?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

6. **Par. 2 ust. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do naliczania kary umownej było możliwe po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. **Par.2 ust. 9 i 13** Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

8. **Par.2 ust. 14** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Par. 3 ust. 1** W celu usprawnienia podłączenia analizatorów do funkcjonującego u Zamawiającego systemu, zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania (dotyczy pytań 9-17):

9. Zwracamy się z prośbą o wskazanie typu podłączenia do systemu LIS (HIS), oraz miejsca instalacji (np. ZDL, IP, SOR, Oddział, inne).

**Wyjaśnienia:** LIS-RS-232 lub Ethernet (TCP/IP).

10. Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki jest sposób komunikacji z systemem LIS (HIS) - bezpośrednio, integracja z linią komunikacyjną wymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS, integracja z linią komunikacyjną niewymagającą konfiguracji analizatorów (lub innych urządzeń) w systemie HIS/LIS.

**Wyjaśnienia:** Komunikacja bezpośredni, konfiguracja w LIS jest wymagana. Nie jest wymagana konfiguracja stacji roboczych.

11. Zwracamy się z prośbą o wskazanie rodzaju analizatora do konfiguracji w systemie – analityczny, mikrobiologiczny czy serologiczny.

**Wyjaśnienia:** Analityczny.

12. Czy Zamawiający wymaga / przewiduje konfigurację stacji roboczych (wymagające - rozpakowania, podłączania do sieci, konfiguracji systemu operacyjnego, instalacji oprogramowania aplikacyjnego)?

**Wyjaśnienia:** Nie jest wymagana.

13. Czy Zamawiający wymaga / przewiduje podłączenie i konfigurację urządzeń peryferyjnych jak np. drukarki, czytniki kodów kreskowych (prosimy o wyszczególnienie jakie i ile)?

**Wyjaśnienia:** Podłączenie i konfiguracja czytników kodów kreskowych.

14. Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia innych czynności, takich jak np. serwis systemu LIS, szkolenia użytkowników?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji analizatorów.

15. Czy Zamawiający posiada odpowiednią liczbę licencji na system LIS (HIS) i czy są one objęte ważnym nadzorem autorskim producenta oprogramowania?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający posiada licencję typu open na LIS.

16. Czy Zamawiający posiada aktualną wersję oprogramowania z dostawcą sieci LIS/HIS i ma z nim ważną umowę serwisową?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający posiada aktualną wersję systemu LIS i ma ważną umowę serwisową.

17. Czy, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zamawiającego, aby przystąpić do realizacji zlecenia, będą wymagane inne zgody, upoważnienia, specjalne dokumenty (jeśli tak, to jakie)?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z SWZ.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

**Wyjaśnienia:** Łączna liczba osób do przeszkolenia odnośnie zad. 1-4 – 15 osób.

19. **Par. 3 ust. 9** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów w wersji elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wymaga dokumentów w wersji elektronicznej.

Instrukcja użytkownika analizatorów w wersji papierowej przy dostawie aparatów.

20. **Par. 3 ust. 10 pkt 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia z „W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia do czasu zakończenia naprawy innych urządzeń o tożsamy parametrach”

na „W przypadku konieczności wydłużenia okresu naprawy ponad okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia analizatora zastępczego w ramach czynszu dzierżawnego”? „

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

21. **Par. 3 ust. 10 pkt 2 i 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „bezpłatny” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

22. **Par. 3 ust. 11** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis dotyczy sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa.

23. **Par.3 ust. 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słów „na własny koszt” na „w ramach czynszu dzierżawnego”?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

24. **Par. 4 ust. 5** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

**Wyjaśnienia:** Zastrzeżenie to wynika już z §1 ust. 4

25. **Par. 5 ust. 1 i 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe może być dokładne określenie terminu płatności.

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

26. **Par. 7** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

27. **Par. 7 ust. 3** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

28. **Par. 7 ust. 7** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę polegającą na wskazaniu, że wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

29. **Par. 7 ust. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

30. **Par. 7 ust. 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wartości kar umownych do 20%?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

31. **Par. 8 ust.1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Wyjaśnienia:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

32. W odniesieniu do wzoru umowy powierzenia - **Par. 6.1.**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy? Jeśli tak, to czy wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w tym punkcie następującego fragmentu: " Zamawiający wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Wykonawcę innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Wykonawcy lub związanych z grupą Wykonawcy czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przypadku konieczności dokonania przez te podmioty napraw, przeglądów i konserwacji z zastrzeżeniem, iż podmioty te będą spełniały warunki określone w poniższych ustępach"?

**Wyjaśnienia:** Nie, Wykonawca może określić wykaz podwykonawców w dniu zawarcia umowy zgodnie z § 6 ust. 4.

33. **Par. 7.4.** Czy Zamawiający wyraża zgodę, by doprecyzować to postanowienie poprzez dodanie na końcu zdania następującego fragmentu: „w zakresie, w jakim Podmiot przetwarzający przyczynił się do powstania tej szkody”.

**Wyjaśnienia:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

34. Dotyczy: zadania nr 4 tabeli parametry graniczne punkt 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada możliwość wyjęcia i ponownego użycia kasy pomiarowej i kontroli jakości w tym samym analizatorze, który to pakiet kontroli jakości jest integralną częścią pakietu odczynnikowego?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

35. Dotyczy: zadania nr 4 tabeli parametry graniczne punkt 18

Prosimy o doprecyzowanie z jakiej objętości krwi ma być wykonany cały panel badań. Informujemy, że analizator, który chcemy zaoferować wykonuje cały panel badań z objętości krwi 65 mikrolitów.

**Wyjaśnienia:** Objętość nie większa niż 10 mikrolitów.

36. Dotyczy zadania nr 4 tabeli Opis punkt 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania analizatorów wyprodukowanych w 2021 r., ponieważ nie posiadamy aparatów nowych wyprodukowanych w 2020 roku.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

37. Dotyczy zadania nr 2 i 3 punkt 1 tabeli parametry graniczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2021 roku?

**Wyjaśnienia:** Zamawiający wyraża zgodę.

38. Dotyczy zadania nr 1 tabela parametry oceniane punkt 2

Czy Zamawiający równoważnie oceni i przyzna taką samą ilość punktów za system wychwyty skrzepu polegający na automatycznym wykrywaniu skrzepów przez analizator i automatycznym inicjowaniu procedury płukania zwrotnego w celu odwrócenia przepływu i usunięcia skrzepu?

System „Micro Clot Check” wykonuje dodatkową i ciągłą analizę reakcji czujnika w celu wykrywania i usuwania skrzepów.

„Micro Clot Check” ogranicza ryzyko pozostawienia niewykrytych skrzepów i zapewnia dużą wiarygodność wyników wykonywanych przez analizator.

**Wyjaśnienia:** Zamawiający uzna.

39. Dotyczy Pakiet 4, pkt 18 par granicznych

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej zapisu o wykonanie całego panelu badań z objętości nie większej niż 7100 mikrolitrów.

**Wyjaśnienia:** Objętość nie większa niż 100 mikrolitrów.

40. Dotyczy Pakiet 4, pkt 18 par granicznych

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy doszło do omyłki pisarskiej dotyczącej zapisu o wykonanie całego panelu badań z objętości nie większej niż 7100 mikrolitrów i zamiast tego nie powinno być 100 mikrolitrów?

**Wyjaśnienia:** Zgodnie z wyjaśnieniami do pytania 39.

Jednocześnie Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że na mocy art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na dostawę odczynników do badań gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatorów oraz odczynników do elektroforezy białek z dzierżawą aparatu.

Zmiana dotyczy wzoru umowy § 1 ust. 1 pkt 2. Obowiązująca treść § 1 ust 1 pkt 2 wzoru umowy: „2) dzierżawa ... analizatorów gazometrycznych i/lub aparatu do elektroforezy białek”.