

Zamość, dnia 03 kwietnia 2020 r.



AG.ZP 3320.28.03249.20



Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po

ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po

ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po

PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po

OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po

ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po

ISO 22000:2005

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę jednego videogastroskopu, dwóch videokolonoskopów, jednego videoduodenoskopu, jednej diatermii endoskopowej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.**

Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienia:

Pytanie 1 dot. Zadania 4

Pytanie do Oświadczenia Wykonawcy dot. warunków gwarancji i szkolenia pkt 8, zapisów SIWZ i wzoru umowy

Opisane wymogi w zakresie szkolenia (wykonywanie konserwacji i przeglądów oraz podstawowych napraw i diagnostyki oferowanej diatermii endoskopowej) mogą być zrealizowane wyłącznie przez producenta w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta). Szkolenia takie w zależności od stopnia zaawansowania są wykonywane w siedzibie producenta, mają charakter ciągły i wymagają posiadania odpowiedniego zaplecza sprzętowego i kwalifikacji. Przegląd takiej diatermii, urządzenia który wytwarza prąd o wysokiej częstotliwości i osiągające w niektórych trybach napięcie powyżej 4000 V, jest czynnością wysokospecjalistyczną. Serwisowanie takiego urządzenia wymaga posiadania odpowiednich urządzeń pomiarowych oraz regularnie odnawianych kwalifikacji w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla pacjentów jak i dla personelu.

Producent sprzętu który zamierzamy zaoferować w tym postępowaniu określił, że są grupy produktów dla których szkolenie serwisowe jest możliwe zgodnie z założeniami przewidzianymi dla użytkowników i personelu technicznego.

W związku z powyższym wyjaśnieniem, czy Zamawiający zmodyfikuje zapis i nada mu brzmienie:

„Oświadczam, że zostanie przeprowadzone szkolenie serwisowe w siedzibie Zamawiającego dla pracowników Inżynierii Klinicznej potwierdzone wydaniem certyfikatu/zaświadczenia na wykonywanie konserwacji i przeglądów oraz podstawowych napraw i diagnostyki oferowanej diatermii endoskopowej po okresie obowiązywania gwarancji zgodnie z zasadami i wymogami producenta przewidzianymi dla użytkowników i personelu technicznego szpitala”.

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na w/w zapis.



KOMITET
UPOWSZECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
AG.ZP 3320.28.20 wyjaśnienie SIWZ,

Pytanie 2 dot. Zadania 4

Pytanie do Oświadczenia Wykonawcy dot. warunków gwarancji i szkolenia pkt 6, zapisów SIWZ i wzoru umowy.

W nawiązaniu do poprzedniego pytania zwracamy się z prośbą również o rezygnację z konieczności dostarczenia instrukcji serwisowej.

Wyjaśnienie: Instrukcja serwisowa w zakresie wykonywania konserwacji, przeglądów oraz podstawowych napraw w zakresie zgodnie z zasadami i wymogami producenta przewidzianych dla personelu technicznego szpitala.

Pytanie 3 Dot. OPZ **zadanie 3** pkt 5 – czy nie nastąpiła omyłka pisarska i powinno być: Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej Góra/dół 120/90 stopni Prawo/lewo **110/90** stopni (ze względu na funkcjonalność wszystkie duodenoskopy posiadają większe wychylenie końcówki w prawą stronę)?

Wyjaśnienie: Tak, Zamawiający wprowadza zapis: „prawo/lewo 110/90 stopni”.

Pytanie 4 Dot. wzoru umowy par.7 ust. 2 (dotyczy **zadań 1,2,3,4**) – czy w przypadku dostarczenie sprzętu zastępczego (zapewnienie możliwości wykonywania badań) Zamawiający odstąpi od naliczenia kar za przedłużającą się naprawę? W przypadku zgody prosimy o umieszczenie takiego zapisu w umowie.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych, o których mowa w paragrafie 7 ust. 2 wzoru umowy integralnej części SIWZ, pod warunkiem, że zostanie dochowany termin wstawienia zastępczego przedmiotu umowy, o którym mowa w paragrafie 10 ust. 4 – dotyczy zadania 1, zadania 2, zdania 3. Zapisy dotyczące zadania 4 nie ulegają zmianie.

Pytanie 5 Dot. wzoru umowy par. 7 ust. 4 (dotyczy **zadań 1,2,3,4**) - prosimy Zamawiającego o rezygnację z kary umownej za nieprzeprowadzenie w terminie szkolenia personelu o ile termin ten będzie obejmował czas obowiązywania ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

Wyjaśnienie: W sytuacji określonej powyżej Zamawiający nie będzie naliczał kary umownej, o której mowa w paragrafie 7 ust. 4.

Pytanie 6 Dot. **Zadania 4**, zapisy SIWZ oraz umowy par. 2 ust. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyposażenia będącego wyrobem niemedyceznym (VAT 23%) – butla z argonem?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 7 Dot. wzoru umowy par. 7 ust. 10(**dotyczy zadań 1,2,3,4**)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby suma kar umownych nie przekroczyła 20% ceny brutto?

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 8 dot. wzoru umowy par. 10 ust. 5 (**dotyczy zadań 1,2,3,4**)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Sprzedający dostarczył

Kupującemu zamiast przedmiotu umowy wadliwego, przedmiot umowy wolny od wad termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad (...).

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 9 dot. wzoru umowy par. 10 ust. 3 (dotyczy **zadania 4**) oraz Oświadczenia Wykonawcy dot. warunków gwarancji i szkolenia pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 12 dni roboczych?

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 10 Dot. wzoru umowy

Prosimy o potwierdzenie, że każde zadanie stanowi odrębną część zamówienia i cena w par. 4 ust. 1 będzie podana za każde zadanie osobno, a tym samym kary umowne będą naliczane od wartości danego zadania, w którym nastąpiło uchybienie.

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie 11 Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/upełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Administracyjno – Technicznych
Mgr Andrzej Szewczuk