

Zamość, dnia 3 listopada 2020 r.



DZP.3320.72. .20
Dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego **na dostawę stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 4:

„Czy Zamawiający dopuści stymulator z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R pracujący tylko w trybie komorowym?”

Wyjaśnienie: Tak, jeżeli spełnia wymagania SIWZ.

Pytanie dot. zadania 5:

„Czy Zamawiający dopuści stymulator MRI z elektrodą i z automatyką do stymulacji jednojamowej SSI-R pracujący tylko w trybie komorowym?”

Wyjaśnienie: Tak, jeżeli spełnia wymagania SIWZ.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”

Wyjaśnienie: Tak, ale tylko przy maks. energii co najmniej 39 J.

Pytanie dot. zadania 11:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 11 dopuści defibrylatory jednojamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”

Wyjaśnienie: Tak, ale tylko przy maks. energii co najmniej 39 J.

Pytanie dot. zadania 12:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 12 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”

Wyjaśnienie: Tak, ale tylko przy maks. energii co najmniej 39 J.

Pytanie dot. zadania 12:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 12 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 13:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 13 dopuści defibrylatory dwujamowe bez funkcji zmiany konfiguracji polarności dla kolejnych szoków?”

Wyjaśnienie: Tak, ale tylko przy maks. energii co najmniej 39 J.

Pytanie dot. zadania 14:

„Czy Zamawiający w Zadaniu 14 dopuści elektrodę DF-1 bez standardu MRI?”

Wyjaśnienie: Nie.

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001:2015

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001:2015

Certyfikat nr 51705/X/0001/JA/Po
PN-N 18001:2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001:2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001:2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000:2005



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ



tel. centrala:
84 677 33 33

tel. sekretariat:
84 677 33 00

fax:
84 638 66 69

www.szpital.zam.pl

e-mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP: 922-22-92-491

REGON: 006050134

KRS: 0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie dot. zadania 14:

„Czy Zamawiający dopuści defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 bez możliwości programowania elektrody LV uni?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 15:

„Czy Zamawiający dopuści defibrylatory z funkcją resynchronizacji CRTD DF-4 bez możliwości programowania elektrody LV uni?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 16:

„Czy Zamawiający dopuści elektrodę LV czteropolową OTW o różnej średnicy, ale nie przekraczającej 5.3Fr?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 26:

„Czy Zamawiający oczekuje elektrod do czasowej stymulacji serca mogących zabezpieczać pacjenta do 2 tygodni?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 26:

„Proszę o podanie typów kardiostymulatorów posiadanych przez Zamawiającego, z którymi powinien być kompatybilny przedmiot zamówienia.”

Wyjaśnienie: Elektroda zakończona pinami.

Pytanie dot. zadania 39:

„Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zestawy do zabiegów implantacji stymulatorów w skład którego wchodzi serweta 235 x 330 cm z 2 otworami w kształcie prostokąta o wym. 12 x 16 cm w okolicy podobojczykowej w całości wypełnione folia chirurgiczną. Otwory oddalone od górnego brzegu chusty 75 cm. Wzmocnienie w strefie zabiegowej 75 x 120 cm. Przezroczysta folia z dwóch stron serwety od dołu 90 x 145 cm służąca do zabezpieczenia pulpitu. Serweta wykonana z materiału Spunbond, 3-layer, absorbent (gr. 74 g/m²), wzmocnienie Spunbond-Saugvlies, 2-layer, strong absorbent (gr. 97,5 g/m²), folia PE. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami SIWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy 2 poprzez nadanie § 2 ust. 4 zdanie pierwsze następującego brzmienia: „Sprzęt powierzony w ramach Banku jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z Banku przez Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy 2 poprzez nadanie § 2 ust. 5 następującego brzmienia: „Powierzony sprzęt musi być przechowywany w miejscu zabezpieczającym go przed kradzieżą, zniszczeniem lub przypadkową utratą zgodnie z przyjętymi zasadami, na koszt Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy 2 poprzez dodanie § 3 ust. 1a o następującej treści: „Sprzęt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać

pobrane z Banku przez Zamawiającego.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 4 do SIWZ – wzoru umowy 2 poprzez dodanie § 2 ust. 7 o następującej treści: „Zamawiający zobowiązany jest do dokonania cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności sprzętu przechowywanego w Banku.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamiany słów „... daty jej otrzymania” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.

2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za opóźnienia w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 7 wzoru umowy nr 2).”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 2 wzoru umowy nr 2).”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Małgorzata Popławska