



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu[®]

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 3 grudnia 2018 r.

AG.ZP.3320.69. .18

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do histeroskopii diagnostyczno – zabiegowej. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnienie:

Pyt. 1 Poz. 4 – 8

Czy Zamawiający dopuści płaszcz resektoskopowy obrotowy, składający się z płaszczem zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 26 Fr., z izolacją ceramiczną, mocowanie płaszczem zewnętrznego i wewnętrznego na szybkozłączce typu „click” wraz z dedykowanym obturatorem oraz mostkiem kompatybilnym z płaszczem resektoskopowym z możliwością podłączenia kompatybilnej optyki i narzędzi półsztywnych histeroskopowych o standardowym rozmiarze równym 5 Fr ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 2 Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy zewnętrznej 3,5 mm i dł. 230 cm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pyt. 3 Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania oferowanego instrumentarium o wymiarach zewnętrznych 525 x 240 x 70 mm?

Wyjaśnienie: Tak.

Pyt. 4 Poz. 15 – 20

Czy Zamawiający dopuści kompaktowy, mobilny, uniwersalny tor wizyjny o parametrach zbliżonych lub wyższych od wymaganych opisanych poniżej :

- Medyczny endoskopowy, przenośny tor wizyjny składający się ze zintegrowanego w jednym urządzeniu monitora, źródła światła LED oraz procesora obrazu
- Monitor kolorowy LCD o przekątnej 15”, kontrast 700:1, rozdzielczość 1024 x 768 pikseli
- Wbudowane źródło światła LED, żywotność lampy LED - 30 000 godzin
- Procesor kamery współpracujący z głowicami endoskopowymi różnego typu w tym kątowe, proste, C-Mount oraz wideoendoskopami giętkimi
- Funkcja cyfrowego uwydatnienia szczegółów
- Funkcja eliminacji siatki fibroskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępną w dowolnym momencie
- Zoom cyfrowy 2 x



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008
Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004
Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004
Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007
Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013
Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

- Funkcja obrotu obrazu o 180 st.
- Funkcja regulacji jasności, czasu migawki oraz kolorów
- Gniazda DVI IN i DVI OUT
- 6 gniazd USB do podłączenia klawiatury, myszki, drukarki oraz zewnętrznych pamięci USB
- Gniazdo kart SD
- Funkcję rejestracji zdjęć w .jpg i wideo w mpeg4 oraz zapisu na pamięciach typu pendrive i kartach SD
- Funkcja odtwarzania zarejestrowanych zdjęć i filmów bezpośrednio na ekranie urządzenia

Inne funkcje:

- Zewnętrzna silikonowa klawiatura USB z touchpad, nadająca się do dezynfekcji poprzez przecieranie
- Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa procedury, nazwisko lekarza w odpowiednio przeznaczonych do tego celu polach
- Gniazda dźwięku Line-In, Line-Out
- Możliwość obsługi urządzenia poprzez przyciski membranowe umieszczone na panelu przednim urządzenia
- Głowica kamery endoskopowej wyposażona w 2 programowalne przyciski, z możliwością przypisania po dwóch funkcji na każdy przycisk

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5 Poz. 23

Czy Zamawiający dopuści pompę dedykowaną do operacji histeroskopowych z wbudowanym czujnikiem ciśnienia celem pełnej kontroli wartości ciśnienia płukania podczas zabiegów histeroskopowych ?

Wyjaśnienie: Tak, pod warunkiem możliwości stosowania drenów wielorazowych.

Pyt. 6 Poz. V Pompa Histeroskopowa

Czy Zamawiający wymaga aby oferowana pompa histeroskopowa posiadała czujnik kontroli ciśnienia płukania? Kontrola ciśnienia płukania podczas zabiegów histeroskopowych znacznie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów i wpływa na komfort pracy.

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 7 Poz. 24

Czy Zamawiający dopuści dreny jednorazowe do płukania z funkcją kontroli ciśnienia – 20 szt. ?

Pompa posiada także możliwość założenia drenów wielorazowych

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 8 Poz. 25

Czy Zamawiający dopuści wózek endoskopowy dopasowany do oferowanego zestawu histeroskopowego z 2 półkami, 4 kołami z blokadą na 2 kołach i uchwytem na monitor ?

Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 9 Poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 25 wózka aparaturowego z wyposażeniem, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy dnia 20 maja

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679), nie podlega wymogom dyrektywy dla urządzeń medycznych CE 93/42/EWG i posiada stawkę podatku VAT 23%?
Wyjaśnienie: Zgodnie z SIWZ.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
lek. med. Andrzej Mielcarek