



## Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl  
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.36.22

Zamość, dnia 11 lipca 2022 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia pn. **Dostawa sprzętu do zabiegów wieńcowych wykonywanych w Pracowni Hemodynamiki**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

### **Pytanie dot. zadania 8:**

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 dopuści mikrocewnik o średnicy 2,9F proksymalnie zamiast 2,8F, z dostępnymi wersjami z gwintowaną złotą końcówką, ze spiralnym gwintem polimerowym, z dostępną wersją niskoprofilową 2,2F-1,6F dedykowaną do naczyń międzykomorowych?

**Wyjaśnienie:** Nie.

### **Pytanie dot. zadania 9:**

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 9 dopuści złożenie oferty z mikrocewnikiem dwukanałowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radioceniujące?

**Wyjaśnienie:** Nie.

Adam Fimiarz

/-/

p.o. Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu