



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP 3320.25.21

Zamość, dnia 7 czerwca 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienie treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu genetycznego i testów genetycznych.

1. „Możliwość monitorowania przebiegu reakcji. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość monitorowania przebiegu reakcji tylko w postaci czasu pozostałego do jej końca?”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody. Przez pojęcie „monitorowanie przebiegu reakcji” Zamawiający rozumie możliwość podglądu krzywych sygnału reakcji PCR oraz wartości ct., które są szczególnym zapisem reakcji PCR pomocnym w interpretacji przypadków niejednoznacznych lub próbek pobranych na wczesnych i późnych etapach zakażenia.

2. „Czas trwania analizy (od chwili wprowadzenia próbki do aparatu do uzyskania wyniku badania) Sars – Cov – 2 nie dłuższy niż 60 minut. Czy Zamawiający może uzasadnić, dlaczego parametrem ocenianym jest czas trwania analizy nie dłuższy niż 60 minut skoro jednym z warunków granicznych jest „Wydajność aparatu nie niższa niż 4 testy Sars-Cov-2 na 90 minut”.”

Wyjaśnienie: Warunki graniczne określają minimalne wymogi zamawianego asortymentu dając możliwość przystąpienia do postępowania Wykonawcom spełniającym warunki. Natomiast przy wyborze oferty, tak jak podano w SWZ, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: - cena 60%, jakość – 30%, termin dostarczenia aparatu genetycznego – 10%. Drugi parametr oceniany pozwala na przyznanie punktów za oferowany aparat, który wykonuje analizę w czasie krótszym niż 60 minut natomiast nie powoduje wykluczenia Wykonawców spełniających wymagania graniczne.

3. „Dotyczy projektu umowy § 2 ust. 12. Prosimy o zmianę zapisu ustępu na: „Wykonawca zobligowany jest do dokonania wadliwego produktu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub wystawienie noty korygującej na wadliwy produkt lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak pisemnej odmowy uznania reklamacji w tym terminie jest uważany za uznanie reklamacji przez Wykonawcę”. Wystawienie noty korygującej odejmującej koszt wadliwego towaru od faktury jest najwygodniejszą formą rozpatrzenia reklamacji w przypadku pojedynczych testów.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane przez wykonawcę zmiany. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

4. „Dotyczy projektu umowy §5 ust. 2. Informujemy, że faktura za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 jest wystawiana elektronicznie przez system informatyczny w dniu wysyłki przedmiotu umowy z magazynu i nie ma możliwości zmiany tego terminu. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów ustępu na: „Płatność za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze VAT w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do zapłaty faktury VAT przez Wykonawcę za dostarczenie Przedmiotu Umowy, w tym instalację i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi, jest podpisany przez strony protokół odbioru, o którym mowa w §3 ust. 2.” W przypadku zmiany zapisu proponujemy wydłużenie terminu płatności za przedmiot umowy do 60 dni.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane przez Wykonawcę zmiany. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

5. „ Dotyczy projektu umowy §7 ust. 1. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane przez Wykonawcę zmiany. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

6. „Dotyczy projektu umowy §7 ust. 2. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane przez Wykonawcę zmiany. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

7. „Dotyczy projektu umowy §7 ust. 3. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane przez Wykonawcę zmiany. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ.

8. „Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 4. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej z 0,2% na 0,1%.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane przez Wykonawcę zmiany. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

9. „Dotyczy projektu umowy §9 ust. 5. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: „... Jeżeli Wykonawca wymienił element/podzespół Przedmiotu Umowy, gwarancja na wymienione elementy/podzespoły itp. wygasa z upływem 3 miesięcy od daty ich wymiany lub z chwilą zakończenia gwarancji na cały Przedmiot Umowy w zależności od tego co nastąpi później.” Producent gwarantuje taki okres gwarancji na wymieniony element/podzespół.”

Wyjaśnienie: Zamawiający nie wyraża zgody na postulowane przez Wykonawcę zmiany. Wiążące pozostają postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SWZ.

10. „Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 12 „Możliwość monitorowania przebiegu reakcji.” Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli możliwość podglądu wykresów fluorescencji/CT, czyli krzywych sygnału reakcji PCR dla genów SARS CoV-2 i kontroli testu oraz wartości CT (cykl progowy, Cycle Threshold)? W przypadku rozstrzygnięcia wyników niejednoznacznych lub próbek pobranych na wczesnym lub późnym etapie zakażenia, możliwość podglądu krzywych oraz wartości CT są dodatkowymi elementami wspierającymi samą interpretację wyniku i mogą wesprzeć proces diagnostyczny.”

Wyjaśnienie: Zamawiający w ten sposób rozumie wymaganie opisane w pkt 12.

11. „Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia pkt 15. W związku z dodatkową opłatą dot. usługi serwisowania po upływie 12 miesięcy, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pozycji celem wyceny serwisu technicznego.”

Wyjaśnienie: Zgodnie z SWZ.

Małgorzata Popławska
/-/
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu