



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.1.21

Zamość, dnia 24 lutego 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę sprzętu endoskopowego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zgłębnika wykonanego z silikonu, z linią kontrastującą w RTG, w rozmiarze 12, 14, 18F.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zgłębników z dwoma portami na końcu bliższym, jeden typu EnFit, drugi do podawania leków.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 5:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 5 w pozycji 3, cewników do drenażu dróg żółciowych o długości 15 i 25 cm dla rozmiaru 6.3, 8.5, 10.2, 12 Fr oraz o długości 25 cm dla rozmiaru 5, 7, 14 Fr.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 6 w pozycji 1, igieł do biopsji cyto-histologicznej dla rozmiaru 23G tylko o długości 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 6:

„Prosimy o dopuszczenie z zadaniu 6 w pozycji 5, sztywnych przewodników typu Cope, zagięta, platynowa końcówka średnica 0,018, długość 60 i 100 cm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 7:

„Czy zamawiający dopuści stent do dróg żółciowych wykonany z cienkiego plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, prosty, zamontowany na zestawie wprowadzającym prosty o średnicy max 9 F, w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z przewodnikiem 0,035”, bez pętli uchwytowych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie stentów o rozmiarach 8, 10, 12, 13 i 15 cm, cewnik wprowadzający 6 mm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

„Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie stentów w cewniku wprowadzającym 6 mm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 8:

„Czy zamawiający dopuści: Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku z odkrytymi kołnierzami, pokryty silikonem z dwóch stron. Rękojeść prosta umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jaki i po rozłożeniu protezy. Wymagane rozmiary: 8, 10, 12, 14 cm. Cewnik wprowadzający 8 mm współpracujący z prowadnicą 0,035”.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:

„Czy zamawiający dopuści samorozprężalny stent nitinolowy do nowotworowych zwężeń dwunastnicy i żołądka długości 6, 8, 10, 12cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 9:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów w cewnikach wprowadzających 7-10,2 F.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentów w cewnikach wprowadzających 7-10,2 F.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 10:

„Prosimy o dopuszczenie z zadaniu 10, stentów samorozprężalnych do jelita grubego z markerami radiologicznymi tylko na końcach. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

„Prosimy o dopuszczenie z zadaniu 16 w pozycji 1 i 2, zestawów do protezowania z cewnikiem prowadzącym o długości 205cm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

„Prosimy o dopuszczenie z zadaniu 16 w pozycji 3, popychaczy o długości 170cm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie zestawów o długości 220 cm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16:

„Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie popychacza o długości 170 cm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 1 i 2:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu do protezowania o długości 220 cm?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 16 poz. 3 i 4:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie popychaczy o długości 180 cm?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 17:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 17 w pozycji 1, sztywnych poszerzadeł do dróg żółciowych z cewnikiem w rozmiarze 8.4 i 9.6Fr”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 17:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 17 w pozycji 2, sztywnych poszerzadeł do dróg żółciowych o średnicy 8.4Fr.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 17:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 17 w pozycji 3, sztywnych poszerzadeł do dróg trzustkowych w rozmiarze 6.9Fr.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 18:

„Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 i 3 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7,0 - 5,0 F.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 18:

„Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonu o średnicy cewnika 7 F, średnica balonu 12-15-18 mm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 18:

„Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie balonów o długości roboczej 90 cm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 19:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 19 w pozycji 1 przewodnic dwukolorowych z systemem markerów bez skali od 5 do 25cm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 19:

„Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 19 w pozycji 4, przewodnic do zabiegów ERCP, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035; dwukolorowych przez co identyfikuje pozycję i ruch, końcówka prosta, w rozmiarze 0,035 również zagięta lub wykreślenie tej pozycji z pakietu 19.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 19:

„Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty wyłączy z Zadania nr 19 pozycję

nr 4 i utworzy np. Zadanie nr 19.1 zachowując jednocześnie wszystkie parametry bez zmian?"

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 20:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie balonów o długości 30 mm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 20:

„Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie balonów o średnicy cewnika 7,3 Fr”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 21:

„Czy Zamawiający dopuści narzędzie pakowane pojedynczo? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający dopuści papilotom o długości narzędzia 1800mm, o długości noska wyłącznie 5mm, i średnicy końcówki narzędzia temperowanej do 1,75mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotomów o długości narzędzia 1900 - 2000mm, długość noska 4, 5, 7 mm, średnica końcówki narzędzia 1,5 mm- 1,7 mm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 22:

„Czy zamawiający dopuści trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku, długość narzędzia 2000 mm, długość noska 2 lub 5 mm, średnica końcówki narzędzia 1,7 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 22:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie papilotomów o długości 200 cm i długości noska 3 mm lub 5 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 23:

„Czy zamawiający dopuści nóż igłowy trójkanałowy jednorazowego użytku, długość robocza narzędzia 2000mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 23:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie noży o długości narzędzia 2000 mm, igła nie izolowana.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 25:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie nasadki o średnicy 12,2 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 25:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie nasadki o średnicy 14,8 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic do kanału min. 2,6 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 27:

„Czy zamawiający oczekuje klipsownicy jednorazowego użytku kompatybilnej z kanałem 2,8 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazowego użytku o długości 230 cm, rozwarcie 11, 12, 15, 16 mm?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku o średnicach rozwarcia 11 mm, 13 mm i 16 mm?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 27:

„Prosimy o dopuszczenie klipsownic jednorazowych do kanału 2,8mm, rotacja 360 st., wielokrotne zamykanie i otwieranie klipsa, otwarcie ramion klipsa 9, 12, 16- do wyboru, dł. 230cm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 27:

„Czy Zamawiający dopuści klipsownice o rozwarciu 11 mm i 16 mm (do wyboru Zamawiającego), o długości roboczej wyłącznie 2300 mm, kompatybilne z kanałem roboczym min. 2,8mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 28:

„Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 21G lub 23G i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego), kącie ścięcia ostrza igły 23,5° i średnicy narzędzia 2,4mm; kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm, o długość roboczej narzędzia 2300mm?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 28:

„Prosimy o dopuszczenie równoważnych igieł jednorazowych, sterylnych, dł. robocza 230 cm, śr. igły 23G, 25G, dł. ostrza 4-6mm, skos igły 22 st. średnica osłonki igły 2,4 mm do kanału roboczego 2,8 mm, mechanizm długopisowy, z blokadą ostrza „schowane-wysunięte”, osłonka teflonowa odporna na załamania, uchwyt z wyżłobieniami, pozwalający, na obsługę jedną ręką. ”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 28:

„Czy zamawiający dopuści jednorazowa igła iniekcyjna średnica igły 22, 25 G, długość igły 5 mm, środkowy skos, minimalna średnica kanału roboczego 2, 8 mm, długość narzędzia 2 300 mm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 33:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawów pokrowców ochronnych zabezpieczających tace do transportu, zawierających:

- 1 pokrowiec oznaczony dwustronnie kolorem czerwonym/zielonym,
- 1 pokrowiec przezroczysty.

Pakowane sterylnie.

Nadmieniamy, że takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie jednego pokrowca dla endoskopu sterylnego, a następnie zabezpieczenie użytego endoskopu, a w związku z tym jest rozwiązaniem tańszym zarówno w zakupie, jak i utylizacji.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 34:

„Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczotek dwustronnych do czyszczenia kanałów endoskopów o długości robocza 230 cm, śr. włosa z jednej strony 6mm, z drugiej strony 10 mm, zakończone plastikowymi końcówkami z dwóch stron.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości włosa 20 mm z każdej strony.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający dopuści szczoteczki jednorazowe o długości włosa 5 / 10 mm i długości roboczej 250 cm?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczoteczki jednorazowej do czyszczenia kanałów endoskopu o długości włosa z jednej strony 5 mm z drugiej strony 11 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowe dwustronne szczotki do czyszczenia kanału endoskopów o długości narzędzia 260 cm, do długości kanału endoskopu (długość robocza) do 230 cm i o długości szczoteczki (przewód) 1,7-1,8 mm do średnicy kanału/ portu 2.1-4.5 mm, średnica szczoteczki (część czyszcząca) – 5 mm, końcówki szczotek zabezpieczone plastikową kulką chroniącą kanał endoskopu?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający dopuści szczotki dwustronne o długości włosa z jednej strony 5mm, a z drugiej strony 10 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający dopuści szczotki dwustronne o długości włosa z obu stron 6 mm, o długości roboczej 250 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 34 szczoteczek jednorazowych, dwustronnych do czyszczenia kanałów endoskopów o śr. 2,8-4,2mm, pakowanych pojedynczo, nie sterylnych, o średnicy cewnika 1,75 mm, długości 230 mm oraz dwóch główek o średnicy 5/5 mm i długości 20/20 mm na obu końcach?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 34, aby szczoteczki były zakończone z dwóch stron plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych oraz były pakowane pojedynczo w foliowe opakowanie, z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii i datą produkcji oraz terminem przydatności?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający wymaga w zadaniu 34, aby na zewnętrznym opakowaniu szczoteczki posiadały odklejane etykiety zawierające informacje o numerze serii (etykieta stanowić będzie dokument w karcie pacjenta)?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 34:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 34 niesterylnych, jednorazowych szczoteczek do czyszczenia kanałów endoskopów o śr. kanału roboczego 2,8 -4,2 mm, o długości całkowitej 230 cm, śr. szczoteczki z jednej strony 5,5 mm oraz z drugiej strony 10mm, zakończonych z jednej strony plastikową końcówką zapobiegającą zarysowaniu?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 39:

„Czy ze względu na fakt, iż jedno niepodzielne opakowanie handlowe zawiera 20 szt. szczypiec Zamawiający dopuści zaoferowanie 140 lub 160 szt.?”

Wyjaśnienie: Zamawiający oczekuje wyceny 150 szt.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 1:

„Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości roboczej 1800mm, bez funkcji biopsji stycznych? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 2:

„Czy Zamawiający dopuści kleszcze wyłącznie typu gładkie Jumbo bez igły, bez funkcji biopsji stycznych, o pojemności 10mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści kleszcze o pojemności 7,6mm³? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 39:

„Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne o długości tylko 1800 mm?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 39:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec o długości 1200 mm lub 1800 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39:

„Czy zamawiający dopuści: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne, uchylne do biopsji stycznych 1800mm, do kanału roboczego 2,0 mm”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39:

„Czy zamawiający dopuści: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, łyżeczki o zwiększonej pojemności, długość robocza narzędzia 2 300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39:

„Czy zamawiający dopuści: Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, pojemność łyżeczek 7,7 mm³, długość robocza narzędzia 2 300 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39:

„Czy zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycję 3.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 1:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnych kleszczyków biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, uchylne do biopsji stycznych, dedykowane do kanału roboczego 2,0mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 2:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnych kleszczyków biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, pojemność łyżeczek 10.74 mm³, długość narzędzia 2300mm, dedykowane do kanału roboczego 2,8mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 39 poz. 3:

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie równoważnych kleszczyków biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki owalne i owalne z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, pojemność łyżeczek 4,38 mm³, długość narzędzia 2300mm, dedykowane do kanału roboczego 2,0mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 43 poz. 3:

„Czy Zamawiający dopuści „3. Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły, gotowy do założenia, po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Zęby do wyboru: końcówki tępe, krótkie ostre. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5 - 14 mm”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 44:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protez typów: proste, zagięcie centralne, zagięcie dwunastnicze, pojedynczy i podwójny pigtail, ze skrzydłem proksymalnym i dystalnym, ze skrzydłem tylko proksymalnym, bez skrzydeł, perforowane.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o długości 2400 mm, średnica 32 mm w miejsce średnicy 36 mm, pozostałe właściwości według opisu.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy zamawiający dopuści jednorazowa pętla do polipektomii, z drutu plecionego, owalna, średnica 10 mm, 15 mm, 20 mm, 24 mm, 36 mm.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy Zamawiający dopuści pętlę do polipektomii o średnicy 10, 15, 20, 25, 35 mm?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pętli do polipektomii z drutu plecionego, owalnej o średnicach: 10 mm, 15 mm, 25 mm i 35 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie dot. zadania 46:

„Prosimy o dopuszczenie równoważnych pętli z drutu plecionego owalnych, o średnicach: 10 mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 30mm, 35mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ, takie, jakich Zamawiający używa obecnie.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 46:

„Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicach wyłącznie: 10mm, 15mm, 25mm i 32mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 47:

„Prosimy o dopuszczenie pętli wielostopniowej do stosowania na zimno i z użyciem diatermii z drutu plecionego, o średnicy 0,4mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ. ”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 47:

„Czy zamawiający dopuści pętla elektrochirurgiczna, kolonoskopowa jednorazowego użytku. Do zabiegów polipektomii na zimno, kształt owalny; szerokość pętli 10 lub 15 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 47:

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pętli o kształcie owalnym, z drutu o grubości 0,36 mm”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 47 oraz 48:

„Czy Zamawiający dopuści pętle o grubości drutu 0,4 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 48:

„Czy Zamawiający w pozycji 48 dopuści zaoferowanie pętli z drutu o grubości 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w wypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości asortymentu objętego Przedmiotem Umowy, o ile zamówienie nie będzie mniejsze niż 80% wartości ogólnego zamówienia”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Reklamacje ilościowe Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy pisemnie lub drogą elektroniczną niezwłocznie po dokonaniu odbioru zamówionej dostawy. Wykonawca uzupełni przedmiot dostawy w ciągu 6 dni roboczych od chwili otrzymania reklamacji od Zamawiającego”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 10

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany wadliwego wyrobu wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy uznania reklamacji w terminie 5 dniu roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 11

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Bez względu na przewidziany w ust. 8 – 10 niniejszego paragrafu tryb reklamacyjny, w przypadku gdy dostarczony przez Wykonawcę Przedmiot Umowy będzie wadliwy, jeżeli dany asortyment będzie niezbędny dla wykonywania działalności leczniczej Zamawiającego z uwagi na konieczność ratowania życia lub zdrowia pacjenta, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo zaopatrzenia się w ten asortyment (lub jego odpowiednik, tj. wyrób zamienny o nie gorszych parametrach – w przypadku, gdy na rynku będzie brak danego asortymentu) we własnym zakresie, przy czym jeżeli cena nabytego asortymentu (lub odpowiednika) będzie wyższa od ceny określonej w niniejszej Umowie, Wykonawca będzie zobowiązany zwrócić Zamawiającemu różnicę?””

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 12

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku co najmniej trzech niezgodnych z zamówieniem lub nieterminowych dostaw. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie z tytułu faktycznie zrealizowanej części Umowy. W niniejszej sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 6 ust. 3.””

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze?””

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na inną osobę swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego (np. cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył Zamawiającego, jednak zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić?””

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 7% łącznej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.””

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 7% łącznej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 8 % wartości niezrealizowanej umowy”?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 10 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamiany słów „... daty jej otrzymania” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów w § 6 ust. 1, 2, 3:

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy Przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3, w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy.
2. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za zwłokę w uzupełnieniu braków ilościowych lub usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 8 - 10, w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia objętego reklamacją za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu lub wymianie ponad termin określony w Umowie, nie więcej jednak niż 10% łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy.
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1.”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust 2)”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„paragraf 2, ustęp 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 8 był liczony w dniach roboczych?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie dot. zapisów wzoru umowy:

„paragraf 2, ustęp 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin określony w ustępie 10 był liczony w dniach roboczych?”

Wyjaśnienie: Wiążące są zapisy wzoru umowy.

Pytanie:

„Dotyczy zapisów SWZ, punkt IX, podpunkt 1 i 2 oraz podpunkt 4: Prosimy o ujednoczenie na jakim etapie należy złożyć formularz JEDZ? W podpunkcie 4 – wskazane jest na wezwanie a w podpunkcie 1 do oferty.”

Wyjaśnienie: W punkcie 1 i 2 rozdziału IX SWZ mowa jest o formularzu JEDZ, który należy złożyć wraz z ofertą. W punkcie 4 rozdziału IX mowa zaś jest o oświadczeniu Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

Pytanie:

„Dotyczy wzoru umowy paragraf 1, ustęp 2 i zapisów SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie asortymentu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?”

Wyjaśnienie: Tak.

Pytanie:

„Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

„Czy Zamawiający oczekuje przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu, czyli pojazdów wyposażonych w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę wyrobów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

„Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru wyrobów medycznych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami, wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

„W karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego producent wskazuje, w jakich warunkach powinien być przewożony i magazynowany towar. W związku z powyższym czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

„Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?”

Wyjaśnienie: Tak, dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) lub pracownik firmy przewozowej - kurier.

Pytanie:

„Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

„Czy Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedycznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

„Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta? W załączeniu przykładowe wytyczne producentów jak i dystrybutorów, odnośnie odpowiedniego transportu oraz przechowywania sprzętu medycznego.”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie:

„Wielu Wykonawców dostarcza towar korzystając z usług kurierskich. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby towar był dostarczany przez wyspecjalizowane firmy kurierskie posiadające pojazdy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania jak i transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych w sposób umożliwiający ochronę tych produktów od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych.”

Wyjaśnienie: Nie.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu