

Zamość, dnia 31 stycznia 2020r.

AGZP 3320.2.20

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do badań wirusologicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II.** Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 2

Czy Zamawiający zgodzi się na testy z ogólnie określoną normą referencyjną? Aparat wydaje wyniki ilościowe z dodatkową walidacją pozytywny/graniczny/negatywny na podstawie zwalidowanej normy?

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 2 dot. zadania 2

Czy Zamawiający zgodzi się na aparat bez możliwości wydruku opracowań statystycznych i wykresów?

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 3 dot. zadania 2

Czy Zamawiający zgodzi się na aparat ze spełniającym rolę bazy danych, archiwum wyników 2000 ostatnich analiz?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 4 dot. zadania 2

Czy Zamawiający zgodzi się na aparat z jednym trybem badań? Tryb ten uwzględnia możliwość wykonania oznaczenia do 30 różnych surowic na różne parametry, a analiza trwa od 80 do 90 minut w zależności od ilości badań w serii pomiarowej?

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszcza.



Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/UA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005



KOMITET
UPOPIECZNIANIA
KARMIEŃIA
PIERSIĄ

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524

Pytanie 5 dot. Zadania 2

Czy Zamawiający zgodzi się by 1 – poziomowa wewnątrzlaboratoryjna kontrola była wbudowana w każdy pasek testowy i automatycznej i indywidualnie wykonywana dla każdej badanej surowicy?

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 6 Zadania 2

Czy Zamawiający wymaga by aparat posiadał oprogramowanie w języku polskim?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga by testy do oznaczania przeciwciał IgM przeciw Borrelia zawierały zalecany sorbet RF eliminujący wpływ czynnika reumatoidalnego i przeciwciał IgG?

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga by testy pozwalały na otrzymanie wyników ilościowych?

Wyjaśnienie:

Tak, dopuszcza.

*Lek. med. Marta Węgrzyn – Bąk
Z-ca Dyrektora ds. leczenia
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu*