

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Defibrylator – 7 szt.

Lp.	Parametr / warunek	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1.	Aparat nowy, 2023 rok produkcji Producent Model/typ Kraj pochodzenia	TAK podać	
2.	Dwufazowa fala defibrylacji	TAK	
3.	Defibrylacja ręczna	TAK	
4.	Defibrylacja półautomatyczna	TAK	
5.	Zakres wyboru energii min. 2-200 J	TAK podać	
6.	Czas ładowania do energii 200 J – poniżej 6 sek.	TAK podać	
7.	Akustyczny sygnał gotowości	TAK	
8.	Optyczny sygnał gotowości	TAK	
9.	Możliwość wykonania kardiowersji	TAK	
10.	Monitorowanie ekg z łyżek zewnętrznych, kabla ekg - monitorowanie ekg z min. 3 odprowadzeń	TAK podać	
11.	Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min.	TAK podać	
12.	Wzmocnienie sygnału ekg w zakresie min. 0,25-4 cm/mV na min. 5 poziomach	TAK podać	
13.	Możliwość wykonania stymulacji przezskórnej w trybach „na żądanie” i asynchronicznym	TAK	
14.	Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min.	TAK podać	
15.	Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-200 mA	TAK podać	
16.	Kolorowy ekran monitora Przekątna ekranu monitora min. 5 cali	TAK podać	Ekran o przekątnej 7 i więcej cali – 1 pkt. Ekran o przekątnej poniżej 7 cali - 0 pkt.
17.	Gniazda na łyżki zewnętrzne zintegrowane z obudową	TAK	
18.	Uchwyt do przenoszenia aparatu zintegrowany z obudową - bez elementów ruchomych	TAK	
19.	Możliwość zamocowania defibrylatora na poręczy łóżka (w komplecie niezbędne uchwyty)	TAK	
20.	Wydruk zdarzeń na wbudowanej drukarce termicznej. Rejestracja ciągła do min. 2 godzin zapisu	TAK podać	
21.	Automatyczny codzienny test prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia),	TAK podać	
22.	Możliwość wykonania regularnych	TAK	

	automatycznych testów użytkownika z prezentacją wyników - bez użycia dodatkowych przyrządów	podać	
23.	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim	TAK	
24.	Zasilanie: - sieciowe 230V~/50Hz - akumulatorowe Zasilanie defibrylatora bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny	TAK	
25.	Wskaźnik i komunikat o niskim stanie naładowania akumulatora	TAK	
26.	Praca z zasilania akumulatorowego: min. 2,5 godz. monitorowania lub min. 100 cykli ładowania / defibrylacji z pełną energią	TAK	
27.	Waga aparatu z akumulatorem i łyżkami zewnętrznymi max 10 kg	TAK podać	Waga poniżej 7 kg – 1 pkt. Waga 7 kg i więcej – 0 pkt.
	Akcesoria		
28.	Zewnętrzne łyżki wielokrotnego użytku dla pacjentów dorosłych z wbudowanymi elektrodami dla dzieci – 7 kompletów Łyżki wyposażone w przyciski min. ładowania i defibrylacji	TAK podać	
29.	Łyżki zewnętrzne wyposażone w przycisk przylegania do ciała pacjenta	TAK/NIE	TAK-1 pkt NIE – 0 pkt
30.	Przewód EKG pacjenta 3–odprowadzeniowy – 7 szt.	TAK	
31.	Łyżki do defibrylacji wewnętrznej wielokrotnego użytku dla pacjentów dorosłych o średnicy elektrod z zakresu 6–7,5cm – 2 komplety	TAK podać	
32.	Łyżki wewnętrzne wyposażone w przycisk defibrylacji	TAK/NIE	TAK-1 pkt NIE – 0 pkt
33.	Przewód połączeniowy do elektrod defibrylująco - stymulująco-monitorujących – 7 szt.	TAK	
34.	Elektrody defibrylująco - stymulująco-monitorujące – 30 kompletów	TAK	
35.	Podać zalecaną przez producenta częstość wykonywania przeglądów okresowych. Wymienić zakres czynności wykonywanych podczas przeglądów okresowych oraz elementy zużywalne wymieniane podczas wykonywania w/w przeglądu	TAK podać	

Wymogiem jest aby wartości podane w kolumnie „Wartość oferowana” były zgodne z danymi zawartymi w oficjalnym dokumencie producenta przedstawiającym dane techniczne - Product Data. Zamawiający ma prawo wystąpić do Wykonawcy o udostępnienie takiego dokumentu celem weryfikacji. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania w wyznaczonym przez siebie terminie, dokonania przez Wykonawcę prezentacji w siedzibie Zamawiającego oferowanego defibrylatora ze wszystkimi wymaganymi parametrami. Niespełnienie tego wymagania spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.