



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

Zamość, 26.07.2024 r.

AT.Z.2150.29.4.2024

Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu informuje, że do zaproszenia do złożenia ofert na "Dostawa wirówek laboratoryjnych w ilości 2 szt. na potrzeby Laboratorium Analitycznego" wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Zadanie nr 1

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wirówki laboratoryjne o prędkości wirowania w zakresie od 500 do 16 000 obr/min, spełniające wszystkie pozostałe parametry graniczne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2

Pytanie:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu dostawy wirówek do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga realizacji dostawy w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Zadanie nr 3

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówki mające obroty regulowane od 90-18 000 ale przy załadunku nie mniej niż 26 probówek 4-7 ml, 13-75 mm rotor może tylko pracować z max .obrotami 5200 RPM.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Adam Fimlarz