



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

22-400 Zamość ul. Aleje Jana Pawła II 10, ☎ 84 6773333, ✉ szpital@szpital.zam.pl
www.szpital.zam.pl, NIP 922 229 24 91, REGON 006050134, KRS 0000021024

DZP.3320.54.21

Zamość, dnia 18 października 2021 r.

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia opracowanej do postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę sprzętu endoskopowego**. Poniżej podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy zamawiający dopuści dla stentu samorozprężalnego do dróg żółciowych uchwyt prosty do uwalniania lub odzyskania stentu?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 1:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie samorozprężalnych stentów do protezowania zwężeń dróg żółciowych z możliwością stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych, usuwalny w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji, wykonany z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG, dostępny w wersji pokrywanej - długości - 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4,6,8,10,12 cm średnica 10 mm* częściowo pokrywanej - długości - 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4, 6, 8, 10, 12 cm średnica 10 mm * niepokrywanej długości - 4, 6, 8, 10, 12 cm, średnica 8 mm oraz długości 4,6,8,10,12 cm średnica 10 mm, zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 2:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych igieł do ostrzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na załamania, wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły – 23 i 25 G, długość ostrza – 4 mm, długość robocza 240 cm i długość ostrza – 6 mm, długość robocza - 200 cm?”

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie dot. zadania 3:

„Czy w miejsce pierwotnych parametrów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów o średnicy: o średnicy 3, 4, 5 Fr o długości protez : od 2 do 13 cm, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym o średnicy - 5 Fr o długości protez : od 2 do 13 cm ; 7 Fr o długości protez : od 3 do 18 cm, prosta z proksymalnymi zaczepami o średnicy – 3, 4, 5 Fr długość protez : od 2 do 13 cm, prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i podwójnym proksymalnym - średnica 5Fr o długości protez : od 2 do 13 cm oraz średnica 7 Fr oraz 10 Fr – o długości protez : od 3 do 18 cm, wszystkie protezy współpracujące z przewodnikiem 0,035” z wyjątkiem protezy 3 Fr współpracującej z przewodnikiem 0,021””; dostępne

z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5Fr; oraz polimerowe protezy cienkościenne do drenażu dróg żółciowych z endoskopowym znacznikiem od strony dwunastnicy, w wersjach - centralnie zagięta i ze zgięciem dwunastniczym, średnice 7 Fr (śr. wewnętrzna 1,7 mm) 8,5 Fr (śr. wewnętrzna 2,1 mm) i 10 Fr (śr. wewnętrzna 2,3 mm), długości protez - 5, 7, 9, 12, 15 i 18 cm; podwójny pigtail ze znacznikiem endoskopowym, średnica protez – 7 i 10 Fr, długość protez - 3, 5, 7, 10, 12 i 15 cm ?”

Wyjaśnienie: Tak.

Małgorzata Popławska

/-/

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu