



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ^(A)

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



AG. Z. 2150. 29. 1 . 2016

Zamość 17.02.2016 r

Certyfikat nr 51705/B/0001/UK/Po
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/UK/Po
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/NA/Po
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/UK/Po
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/UK/Po
ISO 27001 : 2013

Certyfikat nr 64151/A/0001/UK/Po
ISO 22000 : 2005

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę żeli wraz z dzierżawą systemu do rozdziału białek na 2200 oznaczeń wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

Pytanie- 1

Czy Zamawiający wymaga automatycznego nakładania próbek na żel za pomocą jednorazowych bezzmembranowych aplikatorów ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga automatycznego nakładania próbek na żel za pomocą jednorazowych bezzmembranowych aplikatorów.

Pytanie- 2

Czy Zamawiający wymaga automatycznego pobierania próbek z naczynek ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga automatycznego pobierania próbek z naczynek

Pytanie- 3

Czy w związku z wymogiem zaoferowania analizatora nie starszego niż 2 lata Zamawiający dopuści system do elektroforezy obecnie użytkowany ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści systemu do elektroforezy obecnie użytkowanego.

Z poważaniem:

Z-ca DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ds. Lecznictwa
lek. med. Marek Lipiec

tel. Centrala
84 6773333

tel. Sekretariat
84 6773300

Fax
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:
szpital@szpital.zam.pl

NIP
922-22-92-491

REGON
006050134

KRS
0000021024

PEKAO S.A. I Oddział
w Zamościu
61 1240 2816 1111
0010 3901 3524



KOMITET
UPOWSZECHNIANIA
KARMIENIA
PIERŚMI