



# Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu<sup>®</sup>

22 - 400 Zamość, ul. Aleje Jana Pawła II 10



Zamość, dnia 17.02.2016r.

AG.Z.2150.7.1.2016

Dotyczy: odpowiedzi na pytania.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę fotela urologiczno-ginekologicznego wpłynęły pytania.

Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedzi.

### Pytanie 1:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z elektryczną regulacją wysokości siedziska sterowane za pomocą sterownika nożnego?”

### Odpowiedź na pytanie 1:

TAK

### Pytanie 2:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z ręczną regulacją oparcia pleców, wspomaganą sprężyną gazową z blokadą?”

### Odpowiedź na pytanie 2:

NIE

### Pytanie 3:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z podpórkami na ręce dla pacjenta jak na poniższym zdjęciu?”

### Odpowiedź na pytanie 3:

TAK

### Pytanie 4:

„ Czy Zamawiający wymaga ze względów bezpieczeństwa pacjenta wydaje się oczywiste, aby fotel posiadał możliwość szybkiego uzyskania pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?”

### Odpowiedź na pytanie 4:

NIE

### Pytanie 5:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel z tapicerką wykonaną ze skaju medycznego odpornego na mycie i dezynfekcję, w kolorze zielonym?”

### Odpowiedź na pytanie 5:

TAK



Certyfikat nr 51705/B/0001/AK/Po  
ISO 9001 : 2008

Certyfikat nr 51705/A/0001/AK/Po  
ISO 14001 : 2004

Certyfikat nr 51705/X/0001/AJ/Po  
PN-N 18001 : 2004

Certyfikat nr 51705/C/0001/AK/Po  
OHSAS 18001 : 2007

Certyfikat nr 51705/D/0001/AK/Po  
ISO 27001 : 2005

Certyfikat nr 64151/A/0001/AK/Po  
ISO 22000 : 2005



KOMITET  
UOWSZECHNIANIA  
KARMENIA  
PIERSIĄ

tel. Centrala  
84 6773333

tel. Sekretariat  
84 6773300

Fax  
84 6386669

www.szpital.zam.pl

e mail:

szpital@szpital.zam.pl

NIP  
922-22-92-491

REGON  
006050134

KRS  
0000021024

PEKAO S.A. | Oddział  
w Zamościu

61 1240 2816 1111  
0010 3901 3524

Pytanie 6:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczno-ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości oraz oparcia sterowana za pomocą przycisków sterujących wbudowanych w osłonę podstawy?”

Odpowiedź na pytanie 6:

NIE

Pytanie 7:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczno-ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości oraz oparcia sterowane za pomocą sterowników przewodowych?”

Odpowiedź na pytanie 7:

TAK

Pytanie 8:

„ Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc „oparcie na podudzia z pasami mocującymi” miał na myśli podpory Goepla?”

Odpowiedź na pytanie 8:

TAK

Pytanie 9:

„ Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający pisząc „oparcie na podudzia z pasami mocującymi” miał na myśli segment wydłużający leże?”

Odpowiedź na pytanie 9:

NIE

Pytanie 10:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczno-ginekologiczny z kompletem podkolanników zamiast oparcia podudzia?”

Odpowiedź na pytanie 10:

TAK

Pytanie 11:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczno-ginekologiczny z elektryczną regulacją wysokości oraz pneumatyczną regulacją segmentu oparcia pleców?”

Odpowiedź na pytanie 11:

TAK

Pytanie 12:

„ Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel urologiczno-ginekologiczny bez oparcia podudzia?”

Odpowiedź na pytanie 12:

TAK

Z-ca DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  
ds. Lecznictwa  
lek med. Marek Lipiec